

上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询

产品名称	上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:奥林巴斯 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询

上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询

广州云启设备有限公司是一家从事内窥镜维修、保修的技术服务公司，可提供进口及国产硬镜以及光源主机的维修服务。具有多年服务经验，购进的进口检测维修设备以及相关先进技术和原厂品质的零配件，成为了国内少有的从事医用内窥镜维修的技术型企业，打破了长期以来由国外原厂公司垄断该类设备售后维修的市场局面，为众多用户提供了更多的选择，从而为降低维修成本、保证设备运行发挥了至关重要的作用。

1、维修后外管管径、图像大小、工作长度都会发生一些小小的变化，但不会影响使用，请大家放心！如：WOLF8703.534输尿管肾镜，维修后外管管径会由原来的8/9.8Fr变成7.5/10Ch，图像大小会由原来的140mm变成130mm,工作长度会由原来的430mm变成425mm

2、维修后要想延长使用寿命，不能高温高压消毒，建议低温等离子，浸泡等消毒。

硬镜维修后可以达到以下的参数标准要求：

- 1、内窥镜成像清晰，视场边缘圆整，没有影响观察的划痕、麻点及附着物等瑕疵；
- 2、视场角不超过标称值的-5%，视向角不超过标称值的±5%；
- 3、温度在20 ~40 范围内变化时，不产生影响观察的雾层；
- 4、密封良好，经密封渗漏测试后，无成像模糊现象；
- 5、工作距离内观察图像，照明光斑充满视场；
- 6、内窥镜的分辨率、照度不低于原始值的95%；

广州云启—硬镜维修服务优势 1、配件齐全、原装配件、原厂工艺、原厂标准；

2、提供免费检测及出具检测报告； 3、维修周期快，加急不另外收费；

4、可选保修周期定制服务（3、6、12、24个月）；

维修案例：设备名称：WOLF 8701.534输尿管镜 检测故障：不能正常工作导光束老化，图像模糊

维修方案：更换内外管、导光管、物镜、像束 维修周期：7-10工作日 保修周期：3个月
上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询
上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询

广州云启设备有限公司与身处信息时代深知企业的发展离不开优质的产品，更离不开优质的售后服务。作为设备维修服务的提供商，服务就是我们给客户最好的产品，正是由于大多客户对设备内部架构的不了解，促使我们必须更加，更加用心为客户服务好每一个细节。因此，云启在每次完成对客户服务的同

时，也重视对客户后期服务支持。医用硬性内窥镜视场角和视向角的测量方法

第二：硬管内窥镜视场角和视向角测量精度要求及所需要的工具。测量精度要求：

测量视场角的允许精度：硬管内窥镜读数的 $\pm 5\%$ ；测量视向角的允许精度：硬管内窥镜读为 $\pm 3^\circ$

测量仪器：光具座，或类似设备，可支撑光学内窥镜进行试验，并可以调节视场中心轴与测标中心重合，内窥镜头端面在垂直方向上距离标有角度的同心圆测标中心点距离 $50 \pm 0.2\text{mm}$ 处测量视场角（该方法为国标说明的测试方法），测量具如下图所示。维修案例一：设备名称：R.WOLF 8705.402输尿管镜

检测故障：不能正常工作图像模糊 维修方案：更换物镜、像束、导光束、外管 维修周期：7-10工作日
保修周期：3个月

维修案例二：设备名称：DEMEDREF41.0609a.wol输尿管镜 检测故障：图像模糊物镜断

维修方案：更换物镜、光束、像束、外管 维修周期：10-15工作日 保修周期：3个月"

上海STRYKER502-457-03030 °腹腔镜维修内窥镜维修咨询

[辽宁STRYKER377-0120度鼻窦镜维修内窥镜维修时长](#)