

灭活气浴恒温箱过56度

产品名称	灭活气浴恒温箱过56度
公司名称	福意联医疗设备有限公司
价格	66700.00/台
规格参数	品牌:福意联 温度:56 用途:灭活杀菌
公司地址	北京市东城区朝阳门soho909
联系电话	01063331359 13811305872

产品详情

干式恒温箱 灭活65度厂家简介：

干式恒温箱 灭活65度厂家——福意联恒温、冷藏设备等等，公司致力于为各实验室提供温区的保存设备，十多年来公司长期和科研院所、高等院校及企业合作，一直秉承着“以德敬人、以诚立人”的，企业倡导追求扎实的质量关：“让消费者的精工产品”，以高性能产品为使命，立志成为伟大的企业，成为一家可传承的型企业！福意联恒温、冷藏设备等等。北京“福意联（FU.YI.LI AN）”成立于一九九九年，公司以高性能产品为使命，立志成为受尊敬的温区保存设备企业。位于北京东城区朝阳门银河SOHO，为北京核心商业地带，各地客户前来考察！

建议具体了解干式恒温箱 灭活65度详情还请拨打咨询：

干式恒温箱 灭活65度-病蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病 失去活性。

干式恒温箱 灭活65度参数：干式恒温箱 灭活65度：特点：

1、具有宽的温度控制范围多温区选用，可满足用户的各种需要。

- 2、采用的平衡调温方式，可调节理想的温度环境，具有稳定平衡式加热能力，可进行高精密、高稳定的温度控制。
- 3、温度控制采用日本神港、富士、千野KP0程序控制型仪表。
- 4、本试验箱具有随温度的设定数值自动选择运转制冷回路的机能，操作简单。
- 5、试验箱内温度设定采用键盘设定器，使设定简单易行，仪表具有偏差修正功能，经过调整可获得更为准确的试验条件。
- 6、试验箱大门装有带灯观察窗，可方便地观察试样品的试验状态。
- 7、具有高温开机功能，能在箱内温度130℃时开启冷机快速降温，用户可方便连续地进行高温、低温循环试验。干式恒温箱 灭活65度：

产量承诺：1、产品的和检测均有质量记录和检测资料。

2、对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。 注意事项:

1本产品为非防爆产品，请不要在有可燃或性气体的环境中使用恒温恒湿机。
2为避免恒温恒湿试验箱发生机器故障，请提供额定电压范围内的电源。 3为了防止触电或产生误动作和故障，在安装和接线结束之前，请不要接通电源。 4. 仪器工作中请尽量不要打开试验箱门，高温时打开可能会对操作人员造成，低温时打开可能会对工作人员造成，并且可能造成蒸发qi结冰，影响制冷效果。若一定要打开，请做好一定的防护工作。

5开箱时若发现机器损坏或变形，请不要使用。

6.机体的通风孔需保持通畅，以免发生故障、动作异常、寿命降低和火灾。

7禁止擅自拆卸、加工、改造或修理恒温恒湿机，否则会有产生异常动作、触电或火灾的危险。

8.机器安装设置时注意不要让灰尘、线头、铁屑或其他东西进入，否则会发生错误动作或故障。

9.接线必须正确，一定要进行接地。不接地可能造成触电、错误动作事故、显

示不正常或测量有较大误差。

10.定期检查端子螺丝和，请不要在松动的情况下使用。

11仪表内部零件有一定的寿命期限，为持续地使用本仪表，请定期进行保养和维护。报废本产品时，请依工业垃圾处理。

12.仪表运转期间，电源入力端子盖必须安装在端子板上以防触电。

13仪表在运转中，进行修改设定、信号输出、启动、停止等操作之前，应充分地考虑性，错误的操作会使工作设备损坏或发生故障。

14请使用干布擦拭仪表，不要使用、或其他有机溶剂，不要把水溅到仪表上，如果仪表浸入水中，请立即停止使用，否则有漏电、触电或火灾的危险。

15在开机之前要查看电源是否稳定。自成立以来，我公司认真精细地便捷每一步检验程序，严格要求产品的每一步工艺流程，追求的
灭活气浴恒温箱过56度

[实验室标本灭活使用恒温箱](#)