

热流仪厂家 山东热流仪 江苏天一瑞合

产品名称	热流仪厂家 山东热流仪 江苏天一瑞合
公司名称	江苏天一瑞合仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号
联系电话	18762942613 18762942613

产品详情

「盐雾实验机」常见的故障及解决方法介绍

无法加热

盐雾测试机加热系统为：电源---开关---加热管----温控，这里面又分为两个加热系统，一为压力桶加热系统，二为试验室加热系统。据国内标准，压力桶温度设定为47°，试验室温度设定为35°，以下做区分详述；1、压力桶无法加热；压力桶无法加热，一般先排除继电器有无坏（继电器上面有个绿色小灯，若在加热状态会常亮），若没问题，热流仪厂家，则测量压力桶加热管两端是否有电压（220V），排除这两个问题后，就只剩下两个原因，一为压力桶温感丝烧坏，二为温控表坏，一般先更换温感丝（较便宜），最后再更换温控表。

注：发热管一般使用几年都不会烧坏，若更换温控表后仍无改善，热流仪报价，最后更换发热管。

首先、选择一个合适的安放位置。因为盐雾试验机在运行中会不断的有盐雾从排气孔出来，就必需要找一个通风良好、方便接排气管到室外的地方。必须保证盐雾能够顺利的排到室外。盐雾具有腐蚀性，其体现不在短期内，热流仪试验机，在时间上会有一个累积过程。通常盐雾试验机运行几个月后，对周边设备的腐蚀就会表现出来，所以通常建议盐雾试验机安放在单独的一个房间里，山东热流仪，接排气管直接到室外，排气管不能太长，如果超过2米，或者拐了几个弯，盐雾就很难排出去。也见到有工厂在盐雾试验机的上面装一个抽风机，将盐雾直接吸排到室外。如果盐雾试验机放置在通风良好的开放的工业厂房内，可以考虑不安装排气管。参考：很多工厂将盐雾试验机放置在楼梯间、卫生间、用玻璃和铝合金隔成的单独的一个小房间内。

盐雾试验机设备喷雾不计时.答:当出现这类故障时，应立刻检查实验室温度是否.上升到指定温度，因为如果温度未达到预设温度，计时设备肯定以为实验尚未开始，因此此类故障可以通过检查预设温度与实际温度即可排出;当然、也有可能是由于设置的时间和喷雾的时间相同，从而导致无法观察到计时时间。喷头是好的打开喷雾开关气压表没气压，进气的有气是什么问题?答:这是喷雾电磁阀坏了，要更换。盐雾

试验机喷雾的时候实验室进水的地方有气出来什么问题?答:这是实验室电磁阀和压力桶的进水电磁阀都坏了要更换。盐雾试验机的开关都没开怎么会有气从除雾口出来呢?答:这是除雾电磁阀坏了要更换。盐雾试验机没有接自动进水开关也没开怎么会喷雾呢?答:这是喷雾电磁阀坏了要更换。

热流仪厂家-山东热流仪-江苏天一瑞合(查看)由江苏天一瑞合仪器设备有限公司提供。江苏天一瑞合仪器设备有限公司为客户提供“超快速冷热冲击试验机、恒温恒湿试验箱、高低温交变湿热试验箱”等业务，公司拥有“天一瑞合”等品牌，专注于试验机等行业。，在江苏省昆山市玉山镇中华园西路1888号的名声不错。欢迎来电垂询，联系人：钟先生。