

# 连云港市一次性口罩透气率检测

产品名称	连云港市一次性口罩透气率检测
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

## 产品详情

检验商品

医用防护口罩

一次性使用医用外科口罩

医用外科口罩

防尘口罩

日常防护型口罩

测试标准及新项目

GB/T早已开始公布，并于2016年11月1日起执行。这也是在我国对于民用型防尘口罩国家行业标准。GB2626也是专门针对于防尘面罩的测试标准，但也包含，防污，烟，微生物菌种的防护口罩。GB/T的测试标准内容有很多新项目与GB2626的内容类似，可是对安全防护检验规定更，要求也逐步提高。关于口罩的商品所有都是会规定依照GB/T的测试标准检验。

针对GB32610/T新标准的检验规定，可以提议分配如下所示好多个检验新项目，只需根据如下所示好多个新项目，便可通过商城系统审批；

- 1.过滤效率检验，对于于油溶性物质和盐性介质都要仿真模拟检验，都符合规定才算根据，并配有三个级别，1级，2级，和三级。
- 2.安全防护实际效果各自配有A级，B级，C级，D级，四个等级，依据设备的精准定位规定，来做等级判断。

安全防护实际效果等级是依据我国空气质量标准中空气质量指数类型设定的，安全防护实际效果等级由低到高先后分成四级：D级、C级、B级、A级，相匹配的应用自然环境如下所示：D级融入于轻中度（浓度值  $150 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）及下列环境污染、C级融入于中重度（浓度值  $250 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）及下列环境污染、B级融入于重度污染（浓度值  $350 \mu\text{g}/\text{m}^3$ ）、A级在浓度达 $500 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 时应用。依照规范规定有效佩戴口罩，能将吸进的浓度值减少至 $75 \mu\text{g}/\text{m}^3$ 下列，使吸进身体的环境质量做到良及以上水准。

3.呼吸摩擦阻力和呼吸摩擦阻力。

YY

YY《医用外科口罩技术标准》规范，关键性能指标包含过滤效率、病菌过滤效率和吸气摩擦阻力，和细胞毒性，肌肤刺激，迟发型超敏反应等！在其中细颗粒物的过滤检验十分关键，也是反映防护口罩的基础的规定，细颗粒物的过滤效率（反映于防护口罩的过滤系统）和防护口罩与配戴者面部中间的密合性（反映在防护口罩的设计构造和固定不动方法的稳定性），来标准防尘口罩的基本上安全防护特性。公司针对复检的试品要保证防护口罩与脸部具备较好的密合性，要不然再好的过滤系统也难以根据检验！