

IPX56防喷水试验装置 GB4208 现

产品名称	IPX56防喷水试验装置 GB4208 现
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	嘉仪:JAY-1056 喷嘴距外壳距:2.5~3m 压力表:0~0.25MPa
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

防喷水试验装置

JAY-1056

一、产品概述：

防喷水试验装置是依据GB4208的IPX5及IPX6、IEC60529等标准的相关条款要求制作，用于对具有防喷水功能的器具或电器的防水性能进行测试。

二、主要技术要求

序号	参数项目	IPX5	IPX6
1	使用水源	需提供水流速率为大于12.5L/min ± 5%干净、无杂质的清水，通过不锈钢储水池及加压设备实现	需提供水流速率为大于100L/min ± 5%干净、无杂质的清水，通过不锈钢储水池及加压设备实现
2	喷头孔径	6.3mm	12.5mm
3	水流量	12.5 ± 0.625L/min，流量计可调	100 ± 5 L/min，流量计可调
4	喷嘴距外壳距离	2.5~3m	2.5~3m
5	试验时间	不小于1min/m(但不小于3分钟)	不小于1min/m(但不小于3分钟)
6	压力表	0~0.25MPa	0~0.25MPa
7	场地要求	宽大于3m的专用IP防水测试房，进水及排水功能良好，墙壁安装	宽大于3m的专用IP防水测试房，进水及排水功能良好，墙壁安装