

IPX9K 防淋水和溅水手持式试验装置

产品名称	IPX9K 防淋水和溅水手持式试验装置
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	26000.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-1113 压力表范围:0 ~ 0.4Mpa 压力表:0~0.25MPa
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

防淋水和溅水手持式试验装置

JAY-1113

一、产品概述：

防淋水和溅水手持式试验装置俗称花洒头，是依据GB4208的IPX3及IPX4、IEC60529等标准的相关条款要求制作，用于对具有防淋雨功能的器具或电器的防水性能进行测试。针对某些型式的设备外壳经摆管淋雨不能全部淋湿，用防淋水和溅水手持式试验装置手动操作进行补充。

IPX3和IPX4的手持式防水试验主要区别在于IPX4需去下淋水喷头的平衡挡板，使外壳在各个可能方向都受到溅水。

二、主要技术要求

序号	项目	参数
1	使用水源	水流速率压力为50 ~ 150kpa干净、无杂质的清水，配水清洁过滤装置
2	淋水喷头参数	外径 102mm，球面直径S 75.5mm，中间孔1个、内两圈24个孔夹角30°、外四圈96个孔夹角15°，总共121个孔，孔径 0.5mm，黄铜制作
3	水流量	10L/min ± 5%，流量计可调

4	压力表范围	0 ~ 0.4Mpa
5	活动挡板	可拆卸
6	压力表	0~0.25MPa
7	场地要求	专用IP防水测试房，地面需平坦,有照明，进水及排水功能良好，墙壁安装