

# 拉扭力试验机 GB4706-1标准 电源线拉扭力试验机

产品名称	拉扭力试验机 GB4706-1标准 电源线拉扭力试验机
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	23800.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-5109 拉力砝码:20N、30N各两个 扭矩时间:0.01S ~ 99小时99
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 电源线拉扭力试验机

JAY-5109

#### 一、产品概述

本装置符合IEC60335-1:25.15、GB2486及GB4706-1：25.15等标准要求设计制作，用于对带有电源软线的器具，以及打算用柔性软线连接到固定布线的器具等家用电器产品、医疗器械等电源线在接线端处进行拉力和扭矩两项试验，检查夹紧装置是否牢固。

试验方法为在导线试样距固定装置位置20mm处做一标记，然后以1次/秒速率平缓的施加拉力25次，然后在靠近器具位置施加一扭矩，持续1分钟。试验过后，导线标记位位移不超过2mm。

#### 二、技术参数

- 1、工作电源：AC220V 50HZ；
- 2、拉力砝码：20N、30N各两个（可实现30N、60N、80N、100N的拉力）；
- 3、扭力砝码：2N、5N、7N各一个（可实现0.1Nm、0.25Nm、0.35Nm的扭矩）；
- 4、受拉次数：0~9999可预置，默认25次；

5、受拉频率：1次/秒；

6、扭矩时间：0.01S ~ 99小时99分钟。

7、拉力扭矩搭配表：

器具质量/kg	拉力/N	扭力/N.m
1	30	0.1
1<且 4	60	0.25
>4	100	0.35