

# 珠海嘉仪JAY-1155溅水装置溅水测试仪防水试验

产品名称	珠海嘉仪JAY-1155溅水装置溅水测试仪防水试验
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	5666.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-1155 标准:GB4706.38 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

## 产品详情

### 溅水装置

#### JAY-1155

#### 一、产品概述

本试验装置是依据GB4706.38、GB4706.52、IEC60335-2-64标准第15.1.1及15.1.2条款所述要求制作，对需要做IPX1、IPX2、IPX3、IPX4防水等级试验的商用电炉灶、烤箱、灶和商用电动饮食加工机械都需做溅水试验，是对类似设备的特殊要求。

本装置采用铝型材结构，溅水结构可上下调整；采用福马轮子，可移动也可固定；喷头、碗及接管均采用不锈钢制作，整体结构防水耐腐蚀；配置压力表，实时显示当前水压。

#### 二、技术参数

1.碗：（ 35- 25 ）\*10mm,不锈钢制作

2.喷嘴 2mm,与碗成60°倾角，距碗底50mm,不锈钢制作

3.溅水结构升降行程：1m

4.压力表：0.4Mpa

5、试验方式：溅水装置固定，试样转动，试验时间5min,手动控制

#### 四、操作步骤

1、将装置的进水管连接测试水源

2. 打开水开关，将水压调整到使水从碗底溅起150mm；

3. 对通常在地面上使用的器具，碗放在地面上；而对所有其他器具，碗放在低于器具低边50mm的水平支撑面上，然后使碗围绕器具移动（该试验采用溅水装置固定，试样可放置在旋转台上），以便使水从各个方面溅到器具上。应注意不得直接向器具喷射。

#### 五、维护保养及注意事项

1、防尘防潮，注意维护。