

SOUND REACH瑞奇 CS 3605H超声刀维修要多久

产品名称	SOUND REACH瑞奇 CS 3605H超声刀维修要多久
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:SOUNDREACH瑞奇 型号:CS 3605H 类别:超声刀
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

"KJ 康基超声刀维修更换

广州云启医疗设备有限公司，可提供各类手术器械，内窥镜系列，B超探头，摄像系列，动力系统等中小型摄像系统的维修服务。本公司凭着强大的核心技术，先进的检测设备，具有完善的设备配件库和资料库，可以快速诊断并排除各类设备疑难故障。本公司是一个不断完善，进步，发展的企业，我们以顾客至上，价格合理，服务快捷为宗旨！坚定诚信，品质，敬业，双赢的经营理念！

气球

宫腔镜手术带来的出血不止并不少见，尤其是当膨宫介质的压力解除后。在这种情况下，在宫腔内置入气球是控制子宫出血有效的方法。由于10ml的Foley导尿管常见而且有效，因此气球常用Foley导尿管的气囊充当。将导尿管插入宫腔，然后用无菌水或生理盐水使气囊膨胀，气球在子宫壁上的压力可以起到凝固的作用，同时还能止血。导尿管应放置至少1~2小时，然后在观察有无出血的同时，逐渐放气。事实上，我们曾将气球放在子宫中长达48小时。

Mentor公司已经推出为宫腔专门设计的气球。

有3种型号：150ml，500ml~1000ml以及1000ml~4000ml。150ml适用于宫腔镜检查术后，它可以注入6~150ml的水或盐水，并且连有压力计来测定宫腔的实际压力。这些气球的优势是复合宫腔的形态，能使子宫壁均匀受压。显然，随着压力的升高，静脉首先关闭。当压力升到12~13.3kpa时，子宫内膜的动脉以及表浅的子宫肌层都会收缩（图12.33）。尽管如此，这些气球仍不常用。

腔镜器械必须定点存放

腹腔镜器械比较精细，不能与普通器械同时进行放置，要有专用贮存柜，腹腔镜一定放置在原装盒内，气腹针与一些可拆的部分小零件要放在小盒内，以免折断和丢失；导线清洁后存放时不可打折防止折损。

维修案例：

Olympus T3905超声刀 刀头垫片坏

设备名称：Olympus T3905超声刀

检测结果：刀芯跟换能器连接卡死，刀头垫片坏，绝缘外皮破损

维修方案：拆开分离刀芯跟换能器、更换绝缘皮，更换刀头垫片

维修周期：3个工作日

保修周期：非人为保修1个月

广州云启医疗设备有限公司尊崇“踏实、拼搏、责任”的企业精神，并以诚信、共赢、开创经营理念，创造良好的企业环境，以全新的管理模式，完善的技术，周到的服务，卓越的品质为生存根本，我们始终坚持以用户至上用心服务于客户，坚持用自己的服务去打动客户。

博威腹腔镜钳（双极）

产品描述：可重复使用的仪器与切割功能，用于结扎开腹手术和腹腔镜应用。结扎术是指在使用过程中的干预措施，集成的，可更换刀片和极低的导热副作用，完全绝缘的技巧与特殊功能的NightKNIFE?技术规格。随插即切舒适仪器识别防粘连涂层非创伤性的技巧完全绝缘的集成刀爪。长度：360毫米，200毫米直径10毫米高压灭菌

维修案例一：

Olympus THUNDERBEAT 双极超声刀 刀头垫片坏，钳头开合不顺畅

设备名称：Olympus THUNDERBEAT 双极超声刀

检测结果：刀头垫片坏，钳头开合不顺畅

维修方案：拆开维修，清理内管异物，更换刀头垫片

保修周期：耗材不保修

维修案例二：

强生HARMONIC 超声刀

检测故障：刀芯故障

维修方案：更换刀芯，绝缘片

维修周期：3-5个工作日

保修周期：耗材不保修"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修：强生换能器、强生刀、输尿管肾钳、异物钳、电凝钳、镜鞘、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件等；