

# 麦谱科技色谱质谱年度维保合同

产品名称	麦谱科技色谱质谱年度维保合同
公司名称	麦谱科技（北京）有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	北京市朝阳区芍药居2号院甲1号楼5层508室
联系电话	4001103393 17671423354

## 产品详情

为了确保您的仪器稳定高效运行，仪器发生故障后可以快速恢复状态，保证实验进度；麦谱科技可以提供高效的仪器维修维保方案——年度维保合同，使您的仪器在日常运行过程中性能最优，停机时间最短；此外，根据不同的客户需求，我们也可以为您提供针对您实际情况的定制化年度维保方案。

年度维保合同的内容：

- 一、全面维护保养
- 二、备件免费更换
- 三、日常技术指导
- 四、全年免费上门

年度维保合同的优势：

- 一、工程师对于维保合同用户优先响应，减少报修流程。
- 二、全年维修费用固定，方便预算。
- 三、充分延长仪器使用寿命，提高仪器灵敏度、降低仪器故障率。

#### 四、提供仪器性能测报告并配备完整的文档记录。

合同期内，麦谱科技为仪器提供每年一次的优势预防性维护保养，工程师按照《预防性维护检查表》标准程序对仪器进行预防性维护保养，各种仪器的标准程序如下：

##### PM步骤——液相色谱仪预防性维护服务：

系统的清洁：清理主板，风扇和排风口盖上的灰尘；

液相泵的维护：泵头组件清洗，密封组件更换，压力测试；

进样器维护：机械臂润滑处理，密封组件更换，压力测试；

检测器维护：流通池检查及性能验证，光路性能测试并更换必要组件；

憎分收集器维护：更换管线，清理并检查自动进样器的恒温器；

##### PM步骤——气相色谱仪预防性维护服务：

系统清洁：清除风扇和放空口盖的灰尘，检查并清洗所使用的进样口和检测器组件；

检漏：进行进样口压力衰减测试；

自动进样器的维护：检查电缆的连接和结构部件的安装，检查并清洗注射器；

检查流路零部件：管路组件、接头、进样针和定量环严密性检查（只针对顶空）；

##### PM步骤——气质联用仪预防性维护服务：

检查：对全系统进行一般性检查，系统清尘处理；

离子源的清洗：拆下质谱仪离子源并进行清洗；

真空系统的维护：检查真空泵，更换机械/扩散泵的泵油；

真空系统校验：抽真空并校验压力，运行系统的自动调谐；

调谐报告文档归类；