

盐城瑞奥 电钻电机坏维修咨询

产品名称	盐城瑞奥 电钻电机坏维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:盐城瑞奥 类别:电钻 维修地址:广州
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

" 盐城瑞奥电动锯钻维修更换

广州云启医疗设备有限公司是一家提供咨询、保养、维修、保修等服务的企业，公司自成立以来奉行“，服务至上，顾客就是上帝”的经营理念，多年来一直依靠高品质超值的优质服务深受广大客户的信赖和支持，在行业内树立了良好的信誉和企业形象。本公司致力于维修动力系统，手术器械，医疗电子设备，内窥镜，超声及探头等医疗设备。

美敦力动力系统

结构原理：美敦力动力系统是由主机XPS3000、脚踏开关、手柄、刨削刀具组成。主要用在耳、鼻、喉三个人体部位。动力系统（XPS3000系列）是目前世界上最先进的耳鼻喉诊疗仪器之一，其切削速度快，直达病灶，可将疾病部位切碎同时清除掉，直排引式设计，从刀头至吸引排出口为一直线，将切削下来的组织等迅速排出，从而达到有效治疗疾病的目的。本技术可减少传统刀械对黏膜的拉扯撕裂伤，减少流血；手术可最大限度保护正常粘黏，效果良好；对多发性或者再发性的各种耳鼻喉疾病都有显著效果；精密的设计符合人体工程学，可完成过去所无法想象的在轻松无痛状态下彻底清顽固性疾病。

开机后，没有按下脚踏开关，手柄自动转。屏幕显示500的速度。

检测过程：

更换另一个手柄，工作情况依旧；排除手柄故障。脚踏开关是控制速度的一个重要的组件。

脚踏开关是由一个滑动电阻组成的开关。滑动电阻的阻值因经常使用造成静态情况下阻值变大，才会引

起手柄自动转的情况。

解决方案：

更换脚踏开关滑动电阻。

维修案例：

stryker 4208骨钻，噪音大，电机老化

设备名称：.stryker 4208骨钻

检测故障：噪音大，电机老化

维修方案：更换电机

维修周期：3个工作日

保修周期：非人为保修3个月

广州云启医疗设备有限公司致力于维修动力系统；手术器械；电子设备；超声类；超声探头；软镜；硬镜。本公司将肩负“为医疗设备维修行业规范化而努力”使命，奉承“整合社会资源、合作共赢、满足顾客需求、至真至诚”核心价值观，全力打造“中国医疗设备维修服务品牌”。

德国蛇牌神经外科电动开颅系列

产品简介：Microspeeduni动力系统主要用于需要高速动力的手术如神经外科，脊柱，耳鼻喉和小骨科（如手和脚手术，颌面外科）以及关节镜手术。microspeeduni主机具有通用性+专用性。不同的适应症不同的要求，均能得到满足！

零配件：脚踏，马达，传动软轴，标准磨钻手柄，标准西瓜磨头，金刚砂磨头，切割刀，铣刀片，专用保养油。

维修案例一：

设备名称：信晟YDJZ- 型医用电动锯钻

检测故障：无法转动卡口、轴承等破损

维修方案：更换轴承，清理卡口

维修周期：2个工作日

保修周期：3个月

维修案例二：

stryker 4208骨钻

检测故障：无法转动，驱动板坏

维修方案：更换驱动板

维修周期：3-5个工作日

保修周期：故障非人为保3个月"

广州云启-我们还提供以下服务：

动力系统维修：耳鼻喉综合动力手柄，气动力手柄，刨削手柄，刨刀手柄，磨钻、超声刀手柄等，及线缆、脚踏、主机等。

内窥镜系统维修：电子软镜、纤维软镜、光学硬镜、电子腹腔镜、视频处理器、内窥镜摄像系统、摄像头、冷光源等

B超维修：超声整机、主板、探头等

医疗电子设备维修：超声刀主机、高频电刀、射频治疗仪等

手术器械维修范围：

输尿管肾钳、电凝钩、镜鞘、碎石针、气腹针、穿刺针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、撑开器、活检软钳、钛夹钳、持针器、强生换能器、强生刀等