

带推力标准试验指 JAY-I02 试验探棒

产品名称	带推力标准试验指 JAY-I02 试验探棒
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	888.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-I02 符合标准:GB2099 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

标准试验指

JAY-I02

一. 产品概述

符合IEC61032图2试具B，符合GB2099、GB4208IP2、GB4706、GB4943、GB3883 图1、GB/T16842、IEC60950图2A、IEC60884、IEC60335、UL507、EN60529图1及UL1278图8.4等标准，用于防止手指触及或防触电的防护检验。标准试验指的指头模拟人的手指，由指头、指中、指座、绝缘手柄组成。有两个活动关节，能在90°内弯曲。可定制：手柄末端配可插拔香蕉插头及接线端子做防触电试验，或者手柄末端开M6螺纹孔（配合推拉力计使用）做外壳防护试验。

二. 主要规格及对应技术参数：50mmX80mm

参数/型号 名称	JAY-I02 标准试验指	JAY-I02A 圆挡板试验指	JAY-I02B 大挡板试验指	JAY-I02T 带推力标准试验指
1	30 ± 0.2	30 ± 0.2	30 ± 0.2	30 ± 0.2
2	60 ± 0.2	60 ± 0.2	60 ± 0.2	60 ± 0.2
3	80 ± 0.2	80 ± 0.2	100 ± 0.2	80 ± 0.2
4	180 ± 0.2	180 ± 0.2	----	180 ± 0.2
5	R2 ± 0.05	R2 ± 0.05	R2 ± 0.05	R2 ± 0.05
6	S4 ± 0.05	S4 ± 0.05	S4 ± 0.05	S4 ± 0.05
7	37o 0 -10 '	37o 0 -10 '	37o 0 -10 '	37o 0 -10 '
8	14o 0 -10 '	14o 0 -10 '	14o 0 -10 '	14o 0 -10 '
9	12 0 -0.05	12 0 -0.05	12 0 -0.05	12 0 -0.05

10	50	50	50	
11	20 ± 0.2	----	20 ± 0.2	
12	75 ± 0.2	75 ± 0.2	125 ± 0.2	75 ± 0.2
13	5 ± 0.5	5 ± 0.5	5 ± 0.5	
14	----	10-30N推力		
15	IEC61032.1/ GB16842.1	IEC60335-1/ GB4706.1	IEC60335-2-14/ GB4706.30	IEC60529/ GB4208

三 . 参考图片

依次是：JAY-I02 , JAY-I02A, JAY-I02B, JAY-I02T