

常州市医用口罩细菌过滤检验

产品名称	常州市医用口罩细菌过滤检验
公司名称	江苏广分检测技术有限责任公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋广分检测
联系电话	18912706073 18912706073

产品详情

检测标准：（主要）YY 0469-2011 用外科口罩；

（次要）YY/T 0969-2013 一次性使用用口罩

GB 15979-2002 一次性使用卫生用品

产品名称：用口罩

适用产品：临床务人员佩戴的一次性口罩

产品分类：一次性卫生用品 / 用品

检测结果：1、细菌过滤效率（BEF）应大于95%。

检测项目：1、细菌过滤效率 2、颗粒物过滤效率 3、压力差 4、微生物指标 5、残留量
6、皮肤激性 7、细胞性 8、迟发型超敏反应 9、合成液穿透

检测目标：检测一次性用口罩对的激性、对细菌、颗粒物的过滤性能、以及无菌口罩的洁净度

检测标准：（主要）GB2626-2006 呼防护用品——自过滤式防颗粒物呼器；

（次要）GB/T 32610-2016 日常防护型口罩技术规范

产品名称：口罩 / 呼防护用品

适用产品：随弃式口罩，或可更换式口罩

产品分类：一次性卫生用品 / 防护用品

检测结果：根据非油性颗粒物的过滤效率，划分为KN90（90%）、KN95（95%）、KN100（99.97%）。

检测项目：1、一般要求 2、外观检查 3、过滤效率 4、泄露性 5、呼阻力 6、呼阀气密性 7、呼气阀盖 8、死腔 9、视野 10、头带机械性 11、连接部件 12、镜片 13、气密性 14、可燃性 15、标识