

广东德瑞检测高低温循环试验箱温度循环试验箱恒温恒湿箱

| | |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 广东德瑞检测高低温循环试验箱温度循环试验箱恒温恒湿箱 |
| 公司名称 | 广东德瑞检测设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:德瑞检测 型号:DR-H201 产地:东莞 |
| 公司地址 | 洪梅镇疏港大道3号1号楼113室 |
| 联系电话 | 076981330059 18028963555 |

产品详情

| 型号 | DR-H201-100K | DR-H201-150K | DR-H201-225K | DR-H201-408K | DR-H201-800K |
|-------------------|-------------------------------|--------------|----------------|--------------|---------------|
| 标称内容积 | 100L | 150L | 225L | 408L | 800L |
| 内箱尺寸(WxHxD) mm | 400x500x500 | 500x600x500 | 500x750x600 | 600x850x800 | 1000x1000x800 |
| 温度范围 | A:-20~150 B:-40~150 C:-70~150 | | | | |
| 湿度范围 | 20%~98%RH (可非标5%~98%RH以下低湿) | | | | |
| 控制精度 | 温度分辨率: 0.01 | | 湿度分辨率: 0.1%R.H | | |
| | 温度偏差: ±0.5 | | 湿度偏差: ±2%R.H | | |
| | 温度均匀度: 2 | | 湿度均匀度: ±3%R.H | | |
| | 温度波动度: ±0.5 | | 湿度波动度: ±2%R.H | | |
| 升温速率 | 升温时间: -70 +150 全程平均 3 / min | | | | |
| 降温速率 | 降温时间: 150 -70 全程平均 1 / min | | | | |
| 制冷方式 | 单级制冷方式/机械式二元复叠制冷方式 | | | | |
| 冷却系统 | 风冷式 | | | | |
| 压缩机 | 进口法国泰康(或日立,谷轮)全封闭压缩机 | | | | |
| 冷媒 | 环保冷媒R404A/R23 | | | | |
| 鼓风机 | 离心风机带强制循环 | | | | |
| 保温材质 | 耐高温高密度氨基乙酯泡沫绝缘体材料 | | | | |
| 加湿系统 | 不锈钢护套式加湿器 | | | | |

| | |
|------|------------------------|
| 加热系统 | 镍铬合金加热器 |
| 供水系统 | 前置式PE食品级水箱，全自动给水系统 |
| 内箱材质 | 304不锈钢 |
| 外箱材质 | A3冷轧钢板静电双面喷塑 |
| 电源 | 220V，50HZ；380V，50/60HZ |