

10个检测通道农药残留检测仪

产品名称	10个检测通道农药残留检测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	8899.00/台
规格参数	波长配置:412nm 透射比准确度: ± 1.5% 抑制率示值误: 10%
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

一、 检测标准：依据国家标准方法（GB/T5009.199-2003）以及世界卫生组织WHO、世界粮农组织FAO残留农药检测标准、世界环境保护局EPA参照摄入量等要求来设计。采用酶抑制率比色法对水果、蔬菜等农林产品中有机磷和氨基甲酸酯类农药含量进行快速准确的检测。

二、 广泛应用于主要用于蔬菜、水果、茶叶、粮食、农副产品等食品中有机磷和氨基甲酸酯类农药残留的快速检测；此外还可用于果蔬茶生产基地和农贸批发销售市场现场检测，餐馆、学校、食堂、家庭果蔬加工前的安全速测等。

三、二、性能描述

四、1、乙酰胆碱酯酶和丁酰胆碱酯酶试剂均可以使用，符合国家标准和农业部标准的要求。

五、2、自动判断样品是否合格，检测结果更加直观。

六、3、仪器具有100多种蔬菜名称菜单库，分类管理，并可按需添加或删除蔬菜名，编辑蔬菜名称，可直接打印出蔬菜名称。

七、4、检测通道：10个检测通道，可以同时测试多个样品，循环检测，即放即检，每个样品由程序控制分别独立工作，不会互相干扰。

八、5、智能操作系统，采用更加人性化操作，主控采用多核处理器，主频1.88Ghz，运转速度更快速，稳定性更强。

九、6、显示方式：7英寸高灵敏真彩触摸屏显示，人性化中文操作界面，读数直观、简单。

十、7、打印机采用串口5v打印，可选择手动打印或者自动打印，三分钟出打印结果，打印格式为检测人

姓名、吸光度差值、检测时间、检测机构、样品名称及结果判定。

十一、8、光源采用进口超高亮发光二极管，具有低功耗、高精度、稳定性强、光源可控可以关掉不使用的
光源，响应速度快等优点。

十二、9、智能恒流稳压，光强自动校准，长时间连续工作光源无温漂现象。

十三、10、仪器具有GPRS远传功能，可插手机卡实现数据远传平台，wifi联网功能，可将数据快速上传
电脑，进行数据管理与统计。

十四、11、采用USB2.0接口设计，方便数据的存贮和移动，并可随时与计算机直接相连，并且可用计算
机控制仪器。实现数据查询、浏览、分析、统计、打印等。

十五、12、智能化程度高，仪器具有自检功能：具有开机自检和调零功能，具有自动检测重复性功能。

十六、13、仪器具有自身保护功能，可设置用户名及密码，防止非工作人员操作等。

十七、14、采用DC12v直流供电，安全系统更高，并且配备6A锂电池充电器。

十八、15、仪器具有重新校准、锁定、恢复出厂设置功能。

十九、三、技术参数

二十、*波长配置：412nm；

二十一、*抑制率显示范围：0%~；

二十二、*抑制率测量范围：0%~；

二十三、*透射比准确度： $\pm 1.5\%$ ；

二十四、*透射比重复性：0.5%；

二十五、*漂移：0.005Abs/3min；

二十六、*抑制率示值误差：10%

二十七、*抑制率重复性：5%

二十八、选配功能

二十九、1) 可配置大容量锂电池。

2) 铝合金手提箱。

四、耗材配置表

农残耗材配套表

序号	名称	单位	规格	备注	数量
1	主机	台	12V 13W		1
2	电源	根	12V 2A		

3	说明书	份			1
4	合格证	张			
5	小菜板	个	15*20cm	小号	1
6	水果刀	把	刀10身20cm		1
7	镊子		16cm		
8	电子称	台	0.1g		
9	比色皿		1cm	751-10玻璃	10
10	离心管		50ml	尖平底可立	
11	小试管		10*75		10
12	玻璃棒		7*30cm		
13	试管架		13*50		
14	试剂瓶		500ml塑料	大口PE圆瓶	
15	移液器		1-5ml		
16	50ul-200ul				
17	枪头		5ml		6
18	100ul				
19	洗瓶		500ml		
20	农残试剂	套	100样		
21	试管刷	个	小号		
22	打印纸	卷	30*57		