

YY/T

## 1612-2018医用灭菌蒸汽质量的测试方法，第三方纯蒸汽质量检测

产品名称	YY/T 1612-2018医用灭菌蒸汽质量的测试方法， 第三方纯蒸汽质量检测
公司名称	安徽鼎诺仪器科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	检测指标1:过热度 检测指标2:干度值 检测指标3:不凝结气体
公司地址	安徽省合肥市高新区习友路1678号圣联香御公馆 5幢2703
联系电话	15156683480 15156683480

## 产品详情

YYT 1612-2018医用灭菌蒸汽质量的测试方法，第三方纯蒸汽质量检测

YY/T 1612—2018《医用灭菌蒸汽质量的测试方法》本标准规定了灭菌蒸汽的非冷凝气体含量、干燥度、过热度、蒸汽冷凝物等质量参数的测试方法。本标准适用于医疗器械灭菌过程所使用蒸汽的质量测试。示例：压力蒸汽灭菌、环氧乙烷灭菌等灭菌过程中所使用的蒸汽。医用灭菌蒸汽质量测试仪，蒸汽质量检测仪，蒸汽检测仪，纯蒸汽品质检测仪，医用灭菌蒸汽质量的测试方法

纯蒸汽质量检测仪/蒸汽品质测试仪用于测量：

1.过热值 2.干燥值 3.不凝结气体 4.纯蒸汽质量 标准规范

蒸汽检测参数	检测标准要求	计算理论/说明
非凝结性气体含量值	<3.5%	收集到的气体体积 ÷ 收集到的凝结水体积%
过热度值	<25	在蒸汽供汽管水平管中心线位置测得的温度减去当地大气压下水的沸点(通常为100 )
干度值	金属荷>0.95	干度值 $D = D2 - D1$
	非金属负荷>0.9	$D2 = 4.18(T2 - T1)[4.18X(M2 - M1) + 0.24]/L(M3 - M2)$
		$D1 = 4.18(Ts - T2)/L$

