

福意联医用恒温箱FYL-YS-50LK产品容量50L温度范围4-38

产品名称	福意联医用恒温箱FYL-YS-50LK产品容量50L温度范围4-38
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	70280.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联医用恒温箱FYL-YS-50LK产品容量50L温度范围4-38 公司说明-

福意联利用科技创新，精益求精，满足，不断创造出更加符合客户需要的制冷产品，为保障人们的食品卫生和提升人们的生活而不懈努力！产品广泛应用于科研院校、医疗卫生、、生物制药、药房、制药厂、血站、站、卫生所等域，凭借良好的产品，在内享有较高的声誉。

福意联医用恒温箱FYL-YS-50LK产品容量50L温度范围4-38 用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联医用恒温箱FYL-YS-50LK产品容量50L温度范围4-38 产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

中预防低体温方法及改进措施 1 术中冲洗液的加温 为了保证术中热盐水的及时供应，手术室设定墙壁温箱两个，每天规定职人员管理，以保证温箱热盐水的温度、用后及时补充、卫生及时清洁及热盐水的质量。经过运行，论何时进行腹腔温盐水冲洗都能及时供应，保证了手术正常进行，因此，我院手术室一直在使用墙壁温箱。 2 术中盖单问题 术中盖单不仅起到保护患者隐私问题，同时对保障患者的体温起到很大的作用。手术室盖单经过布单 毛毯 棉被的反复应用，直至现在根据室温情况应用的是布单和小棉被，为了加强患者的保暖需求，2012年手术室又特订做了肩部保暖垫，为的是预防层流系统的垂直风流对肩部的侵袭，使患者的身体达到缝隙的保暖状态。 3 保证层流系统的正常运行 职人员每天检查手术室层流系统，保证手术室温度22 ~ 25 ，湿度40 ~ 60%。特殊情况下可开启手术间内廊门及室内加湿器，以缓解手术间温湿度的暂时不适，保证手术间环境要求和患者的舒适度。 4 引进输血、输液加热器及电热毯 输血、输液加热器的引进防止了术中大量输液、患者体质差、危重患者的体温散失，使患者的机体保持常温运行。电热毯应用于电切患者效果显著，虽然手术中不断用电切液冲洗切割的组织，电热毯的应用能够及时补充丢失的热量，保持机体热量平衡。 5 其他情况的应对措施 对于机体比较瘦弱的、手术时间长的患者，加强皮肤的保护，防止压疮的发生，使患者舒适，也可减少体温的散失；四肢进行输液的患者做好四肢的保暖，必要时可在肢体下垫一个热水袋，保护肢体的温度，注意热水袋温度不可过高，保持在50 左右即可；做好患者的心理护理，防止患者因紧张而影响患者的情绪促使机体过度散热。