

# 爱谨生物 猪弓形虫抗体检测试纸卡AJP111

产品名称	爱谨生物 猪弓形虫抗体检测试纸卡AJP111
公司名称	杭州爱谨生物科技有限公司
价格	400.00/盒
规格参数	产地:杭州 保质期:18个月 规格:20头份/盒
公司地址	浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼(注册地址)
联系电话	13588116846

## 产品详情

### 【产品名称】

通用名：猪弓形虫抗体检测试纸卡

英文名：Porcine Toxoplasma gondii Antibody Rapid Test

汉语拼音：Zhu Gong Xing Chong Kang Ti Jian Ce Shi Zhi Ka

### 【主要成分与含量】

组分	数量	规格
猪弓形虫抗体检测试纸卡、40 μL滴管、干燥剂	20袋	1份/袋
样品缓冲液	1瓶	4.0mL/瓶
说明书	1份	/

【作用与用途】用于检测猪血清或血浆样本中的猪弓形虫抗体。

【使用样本】血清、血浆。

### 【用法与判定】

#### 1用法

##### 1.1样本处理

1.1.1血清：在室温下血液自然凝固10-20分钟后，收集析出的上清液即为待检样本。

1.1.2血浆：采集全血样本加入抗凝管，离心10分钟（3000转/分），收集上清液即为待检样本。

## 1.2操作步骤

（1）从包装袋中取出试纸条，加样孔（S）和检测窗口朝上平放在桌面。

（2）用40 μL滴管吸取待检样本，使滴管竖直，滴加1滴（约40 μL）到样品孔“S”中，再逐滴滴加2滴样品缓冲液（约80 μL），并开始计时。

（3）静置，5~10分钟后观察结果。

注意：跑板过程中不可手动拿起检测试纸卡，否则可能导致跑板失败。

## 2 判定

（1）IgG阳性（+）：质控线C与检测线IgG处均出现红色条带，无论线条深浅，皆表示样本中含有弓形虫IgG抗体。

（2）IgM阳性（+）：质控线C与检测线IgM处均出现红色条带，无论线条深浅，皆表示样本中含有弓形虫IgM抗体。

（3）IgG、IgM均为阳性（+）：质控线C与检测线IgG、检测线IgM处均出现红色条带，无论线条深浅，皆表示样本中同时含有弓形虫IgG抗体和IgM抗体。

（4）阴性(-): 仅质控线C处出现红色条带。

（5）无效: 质控线C出不出现红色条带，无论是否有检测线IgG和IgM出现，皆判为无效结果。

对于无效结果，建议重复一次检测过程；若重复检测结果仍为无效，请联系当地经销商或我司及时反馈，以及时获取技术指导。

**【规格】** 20头份/盒

**【贮藏与有效期】** 2~30 阴凉干燥处保存，有效期为18个月。

**【生产企业】** 杭州爱谨生物科技有限公司

浙江省杭州市钱塘区白杨街道20号大街578号1幢1楼