

真空减压循环烘箱 48盘热风循环烘箱 双门双层电热烘箱

产品名称	真空减压循环烘箱 48盘热风循环烘箱 双门双层电热烘箱
公司名称	青州市益康中药机械配件厂
价格	25000.00/台
规格参数	品牌:益康 型号:YKH-14-C 配用烘盘:48只
公司地址	青州市黄楼街道办事处赵庄村
联系电话	13854461008 15615864158

产品详情

结构特点和原理：

- 1、本烘箱为整体制作，箱内设有风机、通风系统、分风板、加热系统（不锈钢加热管），并配有不锈钢烘盘。
- 2、烘箱开门方式有单开门、双开门两种方式，门锁为自碰式，省力、无磨损、易操作。
- 3、烘箱以不锈钢加热管为热源，利用风机对加热总成，对流换气的方式加热空气，热空气通过对烘盘与物料热量传递，空气通过进风口不断补充，湿空气排出箱外，使箱内的温度不断提高，物料逐渐烘干。
- 4、为使箱内各点的温度均匀，除依靠强制的循环空气对流传热以外，还在箱体左右两侧设有可调节的分风装置，使箱内上下各点的温度相同。
- 5、该烘箱温度控制采用数显温控仪表，该仪表具有良好的抗震、抗干扰能力、结构简单、体积小、操作方便、温差低等优点。

操作规程：

- 1、先将料盘及烘箱内部清洗干净。

2、将料盘装满待烘物品，待烘物不能堆积太厚，要平摊均匀，放上台车推入箱内，关好箱门，开始工作。

3、打开“电源开关”旋钮，此时“电源指示”灯亮，设定好药物所需的烘干温度。打开“风机开关”旋钮，此时“风机指示”灯亮

4、然后打开“加热开关”旋钮，使加热系统开始工作。

5、当加热温度升至设定温度时，加热系统自动停止工作，恒温开始，当烘箱温度低于设定温度值时，加热系统自动重新开始工作，烘箱就是利用工作方式在保证温度的。

6、当工作结束时，先关闭“加热开关”旋钮，待温度降至室温时关闭“鼓风关”旋钮，使加热系统、鼓风系统停止工作。

7、关闭电源开关，关闭总闸，此时工作程序结束。