

# 便携式气体检测仪的维护方法有什么

产品名称	便携式气体检测仪的维护方法有什么
公司名称	天津亚丽安报警设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天津市滨海高新区华苑产业区海泰发展六道6号 海泰绿色产业基地k2座8门301-302室
联系电话	022-23737718 18722347158

## 产品详情

很多工业生产中，气体检测是一项非常重要的安全程序，下面为大家分享便携式气体检测仪的维护方法有什么？

便携式气体检测仪检测时不可使用强气流直接冲击探测孔,以免造成不准确的检测数据。

禁止摔落、敲击或剧烈摇动仪器，粗暴的使用可能会损坏仪器。

保持探测孔过滤片清洁，避免液体进入探测孔,一旦液体进入，请将仪器倒置，使液体自动行流出,不可摔动仪器。

禁止使用刺激性的化学药品，洗涤剂或浓度较大的清洁剂清洗仪器。请用干净的棉球蘸取少许清水或肥皂水轻试仪器，并及时擦干。

如果仪器运行不正常,请与公司经销商联系维修，切勿私自维修。

请使用公司提供或认可的充电器对仪器充电，未经认可的充电器会对仪器造成损害。