

福意联医用恒温箱0-100 容积150升尺寸595 × 570 × 865mm

产品名称	福意联医用恒温箱0-100 容积150升尺寸595 × 570 × 865mm
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	76312.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:2-48 /0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联医用恒温箱0-100 容积150升尺寸595 × 570 × 865mm公司说明-

北京福意电器集十几年的精湛技术及经验，以高起点和丰富的资源优势服务于用户。始终坚持“质量赢得市场，诚信铸就品牌”的经营理念，不断引进优异的生产、检验设备，吸纳科技英才，并设立严谨的管理制度，使人力物力资源得以优化配置，发挥的组合效应。

福意联医用恒温箱0-100 容积150升尺寸595 × 570 × 865mm用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温快，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联医用恒温箱0-100 容积150升尺寸595 × 570 × 865mm产品参数：

1、首先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联医用恒温箱0-100 容积150升尺寸595 × 570 × 865mm行业相关-

静脉输注预先加温的液体预防全身麻醉下腹腔镜胆囊切除病人术中体温降低的保护作用.[方法]收集全身

麻醉下行腹腔镜胆囊切除术病人124例,随机分为两组实验组采用液体加温仪对需要输注的液体加温,腹腔灌洗液体于37℃恒温箱中加温.对照组不采取任何加强方式.术中持续监测病人的鼻咽部温度变化,记录病人入室时、入室后30 min、60 min、90 min、120min、150 min及手术结束时的体温.[结果]实验组病人入室后各时间点体温始终高于对照组,并在入室后60 min、90 min、120 min3个时间点的体温显著高于对照组.[结论]静脉输注预先加温的液体可保持病人体温,可预防术中病人体温下降,有利于促进术后恢复.福意联医用恒温箱0-100℃ 容积150升尺寸595×570×865mm