

插座拔出力试验装置符合GB2099.1-2008厂家供应现货

产品名称	插座拔出力试验装置符合GB2099.1-2008厂家供应现货
公司名称	珠海市嘉仪测试设备有限公司
价格	13800.00/台
规格参数	嘉仪:JAY-3121 符合标准:GB/T2099.1-2 货期:现货
公司地址	珠海市横琴新区宝华路6号105室-5080
联系电话	0756-8639995 13824198809

产品详情

拔出力试验装置

JAY-3121

产品名称型号	拔出力试验装置
符合标准及条款	GB/T2099.1-2021《家用和类似用途插头插座 第1部分：通用要求》第22及图18/19 IEC60884-1:2006《Plugs and socket-outlets for household and similar purposes- Part1:General requirements》 clause 22 and figure 18 /19
试样范围、用途、原理、结构及使用环境	
试样及限制	家用或类似用途的插座
试验用途	电器附件的结构应使插头容易插入和拔出，并应防止插头在正常使用中脱出插座。检测插座拔出所需要的Z大力及单极插销从插套组件拔出的所需要的Z小力是否在标准规定

测试原理	<p><u>插座Z大拔出力：将标准规定的Z大拔出力（主砝码、附加砝码、挂钩（夹紧装置）、起来的总的力），施加在试验插头上，插头应从插座脱出。</u></p> <p>Z小拔出力：将标准规定的Z小拔出力（即符合本标准规定的试验插销<单插销>，该插应等于表中规定值）的量规插入插座中每个单独的插套里，在30秒内量规不得从插套里</p>
设备结构及特点	<p>本装置由安装顶板A下的夹紧装置、主砝码F、附加砝码G及试验插头C组成，本装置尺寸mm，两立柱轴线间距离为150mm，具体形状见下图。</p> <p>注：采用可调夹具，能夹持各类产品；用吊环形式取代D夹子，更加方便操作使用；主配重，不需托架。</p> <p>设备外形尺寸：约：350×350×600（mm）W×D×H，设备重量：25kg</p>
使用环境	<p>电源：-，工作温度5-35 湿度30%-90%；</p>
性能指标	
工位	<p>单工位</p>

量规配置

10A二极Z大拔出力规；

10A三极Z大拔出力规；

16A三极Z大拔出力规；

10A二极Z小拔出力规（自带砝码）；

10A三极Z小拔出力规（相）（自带砝码）；

10A三极Z小拔出力规（地）（自带砝码）；

16A三极Z小拔出力规（相）（自带砝码）；

16A三极Z小拔出力规（地）（自带砝码）

砝码配置	36N主砝码x1 ; 45N主砝码x1 ; 48.6N主砝码x1 ; 4N附加砝码x1 ; 5N附加砝码x1 ; 5.4N附加砝码x1 ; 注：主砝码重量含对应的试验插头和挂钩重量
安全配置	带安全挂绳一条，防止试验插头使用中跌落损坏