

上海IP防水等级测试报告办理流程

产品名称	上海IP防水等级测试报告办理流程
公司名称	环测威检测机构
价格	1000.00/份
规格参数	办理周期:IP防护等级测试 测试方式:寄样品进行测试 实验室地址:广州深圳宝安
公司地址	广东省深圳市宝安区沙井新桥街道新桥社区新和大道26号A栋1~2楼
联系电话	4008-707283 18879967441

产品详情

上海IP防水等级测试报告办理流程，IP防尘等级测试方法及判定标准；IP1X：代表直径为50mm的球形试具无法进入空隙进入产品内部；IP2X：代表直径为12.5mm的球形物体无法透过产品空隙；IP3X：代表直径2.5mm的物体试具无法透过产品空隙；IP4X：直径为1mm的金属线不能透过产品空隙并影响危险部件；IP5X：放置于沙尘箱中，开盖检查产品内部无灰尘进入，若有些许不影响产品性能也能判定符合标准要求；IP6X：产品需抽负压，放置沙尘箱中，开盖检查，属尘密，不能有灰尘进入判定为符合标准要求

IP防水是什么概念？IP是INGRESS PROTECTION（防护等级）的缩写，IP之后由两个阿拉伯数字组成，第1个数字表示电子产品防尘、防止外物侵入的等级，第2个数字表示电子产品防湿气、防水侵入的密闭程度等级。当我们看到字母X时，就应该知道这意味着没有关于此类保护级别的信息。例如IPX7前面的X就意味着产品没有任何有关防尘级别的信息，因此我们不需要关注产品的防尘能力，需要关注的是后面的防水级别7。

3、GB标准：GB/T 4208-2017 入口防护测试按照IEC 60529进行IP65防水防尘测试报告办理流程；

1、业务咨询：申请人提供产品资料、图片及测试要求给深圳环测威检测；

2、工程报价：根据申请人提供的资料，工程师作出评估，并向申请方口头报价；

3、提供资料：申请方接受口头报价后，测试样品提交到我司；

4、支付款项：收到样品后向申请方发出书面报价，申请方根据书面报价安排付款；

5、样品测试：依照外壳防护等级（IP代码）标准进行产品测试；

6、出具报告：测试完成实验室出具第三方CNAS测试报告，结案。

IPX5的防水试验；用标准试验喷嘴在所有可能的方向向被试外壳喷水。试验条件：1) 喷嘴内径：6.3mm；2) 水流量：12.5 ± 0.625L/min；3) 水压：按规定水流量调节；4) 主水流的中心部分：离喷嘴2.5m处直径约为40mm的圆；5) 外壳表面每平方米喷水时间：约为1min；6) 试验时间：最少3min；7) 喷嘴至外壳表面距离：2.5~3m。

什么是IP测试：IP码广泛用于表示电气设备的防水、防尘性能的强度，IP是保护的缩写，60529中定义的IP代码将防止外来物质(包括钢球、铜丝、灰尘和水)进入机电产品外壳的保护程度进行了分类

环测威遵循“科学 公正 准确”的质量方针，遵循准则和惯例以及国家的法律法规，在严格的程序下开展工作，对所有委托方均持科学、公正的态度，坚持保密的原则，向社会各界提供优质的服务。

目前认证涉及的产品有 家庭影院类: (音响、VCD、DVD、MP3、MP4、U盘、硬盘存储器、功放机、CD唱机、电视机、遥控器、多媒体音箱、光碟机、投影机、照相机等) 办公用品类: (传真机、电话机、交换机、打印机、留言机、答录机、软驱、CD-ROM、DVD-ROM、电脑、电脑键盘、鼠标、摄像头、电脑机箱)

广州外壳防尘防水测试报告测试方法