

智能超值型红外线测温仪 苏博

产品名称	智能超值型红外线测温仪 苏博
公司名称	扬州市苏博电气有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:苏博 型号:SL-309 类型:手持式
公司地址	江苏宝应柳堡工业园
联系电话	86-051488775619 13701441906

产品详情

品牌	苏博	型号	SL-309
类型	手持式		

双激光聚焦带led照明经济型sl-309

外型包装：	<p>型号:sl-309</p> <p>超值性价比最高的</p> <p>智能型手持式红外测温仪</p> <p>小巧玲珑外型设计,轻便使用.</p> <p>全功能更专业,技术含量更高</p> <p>真实ct值展示(探测器标准温度值展示),自我校准.</p> <p>人性化声音报警/光报警(背光变色报警)自由转换.</p> <p>快速采样时间:0.3秒</p> <p>高精度表现 ± 1 或 $\pm 1\%$,重复精度 $\pm 0.3\%$</p> <p>幅射率可调:0.10~1.00</p>
-------	--

大屏幕显示,多个数据同时显示

适用于更广场合

技术参数

型号	sl-309
量程	-40~999.9
精度	±1 (± 1%)
重复精度	± 0.3%
距离系数	20 : 1
波长	7~14 μ m
辐射率	0.10~1.00
采样时间	0.3s
报警	高/低温报警
报警模式	声音/背光变色报警
显示	max / min / ct
报警声	开/关, 可选
背光	开/关, 可选
激光	开/关, 可选
电源	9v
尺寸	165*120*46mm
净重量	200g

光报警会由绿背光变为红色背景光

ct值名词解释:

ct(sensor)传感器工作环境温度值的代名词,在本仪器里体现仪器内部的工作环境温度.在本仪器里的重要意义有三:

一:标示仪器的工作环境温度,通常仪器的工作温度在0~50 ,如果ct值超出工作

温度范围,应该及时停止测量.

并可作为提示探测器环境温度与现场环境温度平衡状态。红外线测温仪若要测温准确性高,很重要的条件是要要求仪器探测器的环境温度(ct值)与现场环境温度相一致(达到热平衡)这样才能真实测出物体表面温度.

二:温度补偿功能,红外线测温仪需要很强的现场环温补偿功能才不受环温变化的影响,

三:自我校对功能,ct值是一个标准温度值,可用此值作为衡量仪器本身的准确度,在

ct值与现场环温达到热平衡时,,测量值与ct值应该是一致的,代表本台仪器测量

很准.

