河南ERBE爱博 20195-210双极电凝钳维修咨询

产品名称	河南ERBE爱博 20195-210双极电凝钳维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

ERBE 爱博电凝钳维修更换

广州云启医疗设备有限公司从事医疗手术器械维修多年,维修经验丰富,切实解决了许多客户所遇到的不便。本公司以"求质量、守信誉、重服务、讲实效"以及"诚实待人、诚信经营、诚恳服务"为宗旨,长期提供让客户满意的服务,因此,深得客户的信任。在维修方面,我们力求把每一件手术器械都维修好,让它能够继续为人们服务,并且,我们拥有完善的售后服务。在客户方面,我们建立了每一个客户的电子档案,以便时刻为客户提供方便。我们公司也有不足,这就更需要广大客户对我们提供有效的建议和意见,进一步提高我们的服务质量。

人工清洗法

2、【术后手术器械不同清洗方法的效果比较.济宁医学院学报/王君】采用传统清洗、清洗加多酶浸泡、全自动清洗机清洗三种方法观察手术后器械清洗效果的比较,清洗加多酶组的清洁效果优于其它组,结果证明全自动洗涤机并非是能彻底清洗干净的洗涤设备。

手术刀主要用于切开和分离组织,有固定刀柄和活动刀柄两种。活动刀柄手术刀,是由刀柄和刀片两部分构成。装刀方法是将刀片装置于刀柄前端的槽缝内。

刀片有不同大小和外形,刀柄也有不同的规格,常用的刀柄规格为4、6、8号,这三种型号刀柄只安装19、20、21、22、23、24号大刀片;3、5、7号刀柄安装10、11、12、15号小刀片。按刀刃的形状可分为圆刃手术刀、尖刃手术刀和弯形尖刃手术刀等。

维修案例:

STORZ 33151 双极电凝剪 剪刀不锋利

设备名称: STORZ 33151 双极电凝剪

检测故障:剪刀不锋利

维修方案:磨剪刀

维修周期:3个工作日

保修周期:非人为保一个月

广州云启医疗设备有限公司是一家从事医疗设备维修的公司,本公司在广东省开展业务,主要维修各种品牌手术器械。同时销售配套耗材,对多年以来支持和信赖我公司的广大用户表示衷心的感谢。您的支持是我发展的动力,您的信赖是我们追逐的目标。

手工处理:

(一)、一般手术器械的处理

一般手术器械是指非感染的手术器械

处理方法:

将术后器械在流动水下去除血污 酶洗涤剂浸泡2min以上(或+超声波震荡) 流动水彻底冲洗 分类烘干(精细、尖锐的器械要分开) 检查 上油 包装()或分类存放于器械柜内。

(二)、一般感染手术器械的处理

一般感染手术器械是指切开腔道(如胃、肠、胰、阑尾等)根治,脓肿切开,结核病灶清除以及为感染梅毒、艾滋病,病毒性肝炎患者实施手术的器械。

处理方法:将术后器械浸泡于含氯消毒液中30min 流动水刷洗干净 分类烘干 检查 上油 分类保存于器械柜中。

维修案例一:

设备名称:STORZ 26196HM电凝夹

检测故障:通电断开,无法电凝。

维修方案:重新装配通电芯,并测试。

维修周期:2个工作日

保修周期:1个月

维修案例二:

设备名称:Stryker0250-040-210C电凝钩

检测故障:外管破损。外管破损。

维修方案:更换外管。