

江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间

产品名称	江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间
江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间

镜鞘维修更换 广州云启设备有限公司成立以来，我们服务超过100家，其中科室、全院托管十余家。未来，我们将通过不间断的提升、创新以及吸纳新技术，为客户提供更优质的设备服务。一直秉承服务，德艺为先的经营理念，服务好客户单位，并积极寻求多元化的发展。在未来云启的发展之路上我们依然坚持“合作、分享、共赢”的经营理念 and “客户至上、诚信经营、规范管理、协调发展”的宗旨，形成良好的经营风格，去争取赢得客户和社会的更多信誉与认同。

Harmonic强生超声换能器维修 超声刀是将电能转换成机械能，通过超声换能器使超声刀头以一定频率进行机械振荡，振动频率可达55000HZ，从而使蛋白氢键断裂和蛋白结构重组，进而达到切割、止血、分离等功能。既能处理实质组织，又能处理结缔组织，切割更大块组织，既可行腔镜手术，又可行开放手术。刀头款式多样，满足不同科室、不同手术的需要，不仅使操作方便，且使切割及止血更为，性能和临床使用效果更为优越，更是外科手术常用的器械。

广州云启设备有限公司提供外科手术器械维修，涉及泌尿外科、、鼻咽喉科、心胸外科、眼科、骨科、腹外科、口腔科等科室的手术器械维修。手术器械维修品牌：狼牌WOLF、史赛克Stryker、史托斯STORZ、奥林巴斯OLYMPUS、威利Valleyl、艾克松XION、顺康ACMI、佳乐GYRUS、强生豪韵Harmonic、捷迈ZIMMA、吉米GIMMI、爱克曼ACKERMANN、威莎普WISAP、施美德XOMED、诺道夫Rudof、伟伦WELCHALLYN、雪力SCHOELLY、康美CONMED。

维修案例：设备名称：STORZ 27141BO鞘 检测故障：不能正常工作陶瓷头坏 维修方案：更换陶瓷头
维修周期：3-5工作日 保修周期：1个月 江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间
江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间

广州云启设备有限公司是以手术器械维修的公司。公司拥有一批的维修人员和先进的检测仪器。本着“技术精粹、维护及时、售后周到”的原则，竭诚为新老客户服务，现已成为众多公司及的设备维修、保养承包商。公司遵循着“信誉，服务至上”的服务宗旨，面对新的挑战，我公司将继续运用现代的管理思想和技能技术，为客户提供、及时的服务。咬骨钳是骨科的一种手术器械，主要包括连动钳手柄，连动手柄与钳柄连接，钳柄前端为钳头和与钳头相对应的咬切钳，在咬切钳上设有接骨装置。故障判断咬骨钳不能使用，钳头不能正常开合，手柄可以单独动，钳头也可以用手直接打开，可以得出钳头的连接是正常的，拉杆也没有卡死。初步判断是手柄连接拉杆的活动块爆裂，拉杆与活动块连接脱落，起不到推钳头开合的作用。故障分析根据故障现象分析，可以判断手柄与拉杆连接处出了问题，下图是拆开手柄连接的结构图，它是通过销钉把活动链接块固定在手柄上，另外一端接的拉杆，现在就是接拉杆的部位爆裂了，跟拉杆失去了联系，而无法正常使用。故障处理首先，把手柄拆开，手柄是用销钉连接的，把销钉打出来，手柄就可以拆出来了，但是要想把连接块拆出来，就要把手柄上面的销钉全部打出来才行，因为有一根销钉是把连接块跟拉杆连接在一起的，所以一定要把销钉全部打下来。在上图可以看出来，上面有4个销钉孔。其次，在拆出坏的活动块后，先检查一下坏的程度有多大，看能不能修复，能修复是的结果。维修维修，就是尽可能的去修复损坏的部位，做到以修为主。如果不能修复，再考虑更换，下图就是连接的活动块与拉杆连接的部位已裂开，焊接是不可能了，因为太小了，焊起来是不太够力的，所以要换一个好的活动块。做一个新的换上去就好。维修案例一：设备名称：STORZ 27050XA镜鞘外管 检测故障：陶瓷头损坏，控制阀膜损坏。陶瓷头损坏，控制阀膜损坏。维修方案：更换陶瓷头、控制阀膜。维修周期：6个工作日 保修周期：1个月

维修案例二：设备名称：shendaQ4025A鞘 检测故障：不能正常工作陶瓷头坏 维修方案：更换陶瓷头 维修周期：3-5工作日 保修周期：1个月

江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间
江西Harmonic强生HP057银灰手柄维修需要多长时间

[河北Harmonic强生ACE36E超声剪维修咨询](#)