

轮椅跌落测试机 轮椅车跌落试验机 轮椅车跌落测试台 轮椅跌落试验台

产品名称	轮椅跌落测试机 轮椅车跌落试验机 轮椅车跌落测试台 轮椅跌落试验台
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	1520.00/台
规格参数	品牌:粤创星乔 型号:XQ-6350S 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

产品详情

XQ-6350S轮椅车往复跌落疲劳试验机

一、跌落试验机适用范围；

本机是经对代步车及轮椅车类产品设备一款反复性跌落试验机，轮椅空车或车上附有一定重量，在一定的高度跌落所需的次数，本机达到次数自动停机，符合试验标准：ISO 7176-8及T18029.8 2008-2012。

二、跌落试验机主要参数；

1、自由落体高度:0-100 ± 5 mm 可任意设定

2、每次冲击轮可改变的角度： 5° 或经验调节

3、测试次数:0—9999次可设定

4、测试用刚性板:钢板镀铬处理

5、测试宽度:800*800MM

6、测试起始距离:500-800MM

7、冲击板防弹弹:气动自动自锁

三、跌落试验机优点；

1、本机采用机架式结构、整理高温拉丝烤漆。

2、提拉采用大功率精密气缸有用平衡。

3、自由跌落结构采用自由落下，并具有两组防震加强弹簧。

4、控制部分采用仪表器独立电器，操作简单易学易懂。

四、跌落试验机操作方法；

- 1、按样品大小，调节机架宽度。
- 2、用链条锁好轮椅车。
- 3、安装好配重块。
- 4、接好气源，机械通电，设定所需测试值。
- 5、到达所设定值，机械自动停机。

五、跌落试验机注意事项；

- 1、在准备测试之前请确保电源或气源是否插对或接好。
- 2、在测试之前，确保产品是否安装固定好。
- 3、机械传动部位必须定期保养。
- 4、在测试完成后，必须确保电源是否关闭。
- 5、机台严禁用副腐蚀液体物去擦，必须选择用防锈油。

6、本试验机必须专人专用，测试过程中，机台严禁敲打严禁站人。

7、机械必须要接地。