轮椅跌落测试机 轮椅车跌落试验机 轮椅车跌落测试台 轮椅跌落试验台

产品名称	轮椅跌落测试机 轮椅车跌落试验机 轮椅车跌落测试台 轮椅跌落试验台
公司名称	东莞市星乔仪器设备有限公司
价格	1520.00/台
规格参数	品牌:粤创星乔 型号:XQ-6350S 产地:东莞市
公司地址	东莞市塘厦镇莲湖西路七号D栋厂房
联系电话	86-0769-82001810 13790145202

产品详情

XQ-6350S轮椅车往复跌落疲劳试验机

一、跌落试验机适用范围;

本机是经对代步车及轮椅车类产品设备一款反复性跌落试验机,轮椅空车或车上附有一定重量,在一定的高度跌落所需的次数,本机达到次数自动停机,符合试验标准: ISO 7176-8及T18029.8 2008-2012。

二、跌落试验机主要参数;

1、自由落体高度:0-100 ± 5 mm 可任意设定

2、	每次冲击轮可改变的角度: 5°或经验调节
3、	测试次数:0—9999次可设定
4、	测试用钢性板:钢板镀铬处理
5、	测试宽度:800*800MM
6、	测试起始距离:500-800MM
7、	冲击板防弹弹:气动自动自锁
三	、跌落试验机优点;
1、	本机采用机架式结构、整理高温拉丝烤漆。
2、	提拉采用大功率精密气缸有用平衡。
3、	自由跌落结构采用自由落下,并具有两组防震加强弹簧。
4、	控制部分采用仪表器独立电器,操作简单易学易懂。

四、跌落试验机操作方法;
1、按样品大小,调节机架宽度。
2、用链条锁好轮椅车。
3、安装好配重块。
4、接好气源,机械通电,设定所需测试值。
5、到达所设定值,机械自动停机。
五、跌落试验机注意事项;
1、在准备测试之前请确保电源或气源是否插对或接好。
2、在测试之前,确保产品是否安装固定好。
3、机械传动部位必须定期保养。
4、在测试完成后,必须确保电源是否关闭。

5、机台严禁用副腐蚀液体物去擦,必须选择用防锈油。

- 6、本试验机必须专人专用,测试过程中,机台严禁敲打严禁站人。
- 7、机械必须要接地。