

高低温交变湿热试验箱的保养小技巧

产品名称	高低温交变湿热试验箱的保养小技巧
公司名称	上海林频软件开发有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区展工路888号
联系电话	021-34098999 18721910782

产品详情

- 1、本机左侧附有测试孔，在进行试样加电试验时，请注意选择导线，并在连接后塞入保温材料;
- 2、设备一次开机，进行人工智能运算时，请勿打开箱门，以免运算错误;照明灯除必要时外，-~律关闭。
- 3、程控器内部参数，除说明书中允许修改的外，切勿修改;
- 4、在做低温之前应将工作室60度烘干1小时左右。
- 5、压缩机应避免在5分钟之内连续做开 关- +开的运转动作。
- 6、在垂直于主导风向的任何截面上，<https://www.sh-xyzl.com/p-liucheng.html>试验负载面之和应不大于该外操作截面的三分之一。
- 7、试验中除非必要请勿打开箱门或进入箱内，否则可能引起人身伤害以及设备误动作;
- 8、设备箱门门锁仅能从外部打开，进入箱内必须有人监护;
- 9、有报警输出时必须排除，不可强制开机;