

# 口罩过滤效果检测无尘布呼吸阻力测试

产品名称	口罩过滤效果检测无尘布呼吸阻力测试
公司名称	广分检测认证有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:GFQT 所在地:武汉 服务范围:检测认证
公司地址	江苏省昆山市陆家镇星圃路12号智汇新城B区7栋
联系电话	18662582169 18662582169

## 产品详情

一次性使用医用外科口罩是按照YY0969-2013要求进行检测的，尽管属于一次性用品，可是安全防护实际效果不如防护型口罩差，规范YY0969-2013针对病菌过滤效率规定也是非常严格。

YY0969-2013一次性使用医用外科口罩检测项目：

### 01、外型：

防护口罩外型应干净整洁、样子完好无损，表层不得有损坏、污垢。

### 02、结构与规格：

口罩佩戴之后，理应能遮住配戴者口、鼻至下巴。必须符合设计方案尺寸，平均误差应不得超过 $\pm 5\%$ 。

### 03、鼻桥：

防护口罩应该装有鼻桥，鼻桥由可塑性材料做成。

鼻桥长短应不低于8.0cm。

### 04、口鼻带：

每条口罩带与防护口罩体节点处断裂强力应不小于10N。

防护口罩是一种日用品，一般指戴在口鼻位置用以过滤进入到口鼻空气，以达到阻拦有危害的气体、味道、飞沫传染出入配戴者口鼻的用品，以沙布或纸等做成。防护口罩对进到肺脏空气有一定的过滤作用，在呼吸道疾病时兴时，在烟尘等污染的环境中工作时，佩戴口罩具有非常好的功效。

05、病菌过滤效率：

口罩的病菌过滤效率应不低于95%。

06、换气摩擦阻力：

防护口罩两边面开展气体交换的通风摩擦阻力应不得超过49Pa/cm<sup>2</sup>。

口罩的测试标准有：

GB/T 32610-2016 《日常防护型口罩技术规范》

GB 2626-2006 《呼吸防护用品自吸过滤式防颗粒物呼吸器》

GB19083-2003 《医用防护口罩技术要求》

YY 0469-2004 《医用外科口罩技术要求》

YY/T 0969-2013 《一次性使用医用口罩》

GB 19082-2009 《医用一次性防护服技术要求》

GB14866-2006 《个人用眼护具技术要求》