

温度巡检记录仪 温度记录仪

产品名称	温度巡检记录仪 温度记录仪
公司名称	余姚市龙达温控仪表厂
价格	1600.00/台
规格参数	类型:温度记录仪 品牌:TDWK 型号:XMZ-J1632WT
公司地址	中国 浙江 余姚市 余姚市马诸斗门怡佳名苑
联系电话	86 0574 62816929/62481939 13056767400

产品详情

类型	温度记录仪	品牌	TDWK
型号	XMZ-J1632WT	测量精度	0.2

xmt温度巡检通讯、记录仪使用说明书

一、概述

xmt温度巡检通讯、记录仪是一种采用计算机技术的智能仪表。仪表采用双排数码管分别同时显示温度测量值与当前通道，定时打印，并可与计算机连接。

二、仪表主要技术指标：

- 1、精度： $\pm 0.5\%f \cdot s \pm 1.0$ 个字
- 2、测温范围：pt100 - 200.0 ~ 600 ; k 0 ~ 1300 ; cu50-50.0 ~ 150.0
- 3、工作电源：交流220v $\pm 10\%$ 50hz功耗小于5w
- 4、正常工作环境：温度0 ~ 50 ，相对湿度35% ~ 85%的无腐蚀性气体场合

三、仪表的设定过程

- 1、正常的显示状态

正常使用中，上排显示窗显示当前测得的温度值，下排显示窗显示当前通道。设置参数时下排显示参数符号，上排显示设定值。有报警输出时报警指示灯点亮，并且相应通道指示灯也点亮。

2、参数的设置

自动巡检状态下，按set键，下排窗显示密码锁项“lk”符号，上排窗显示密码值，此时您只要按

动 键或 键，即可对仪表进行规定范围内任意值设定。长按 或 可实现快速连减或快速连加。当上排显示窗变成您所需要的值后，您再按功能键，仪表即进入下一个设定项目，可以用同样的方法设定：每路自动巡回检测时间“t1”，上限报警值“a1”，下限报警值“a2”，每路修正值“sc”。

自动巡检状态下，按 键转换成手动巡检，此时下排个位小数点闪烁，继续按 键步进定点巡检通道，直至进入自动巡检，小数点熄灭。定点巡检时，按set键转换成自动巡检。

t1：自动巡检每路巡检时间，单位为秒；

t2：打印周期,单位分，t=0为停止打印；

sc：每路温度修正值，对应指示灯会点亮；

ar：通讯地址

ba：波特率

a1: 年份，01 ~ 99

a2: 月份，1 ~ 12

a3:日期1、3、5、7、8、10、12月为31天，4、6、9、11月为30天，2月为29天；

a4: 小时，0 ~ 23；

a5: 分钟，0 ~ 59。

正常显示时，按一下 键上排显示当前时间，再按一下 键恢复正常显示。

正常显示时，按一下 键下排显示第一路温度符号c1，上排显示第一路测量值，继续按 键下排显示第二路符号c2、第三路符号c3.....直至到正常显示。