

光照老化试验仪的技术标准

产品名称	光照老化试验仪的技术标准
公司名称	深圳市讯科标准技术服务有限公司-精英部
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市宝安区航城街道九围社区洲石路723号强荣东工业区E2栋二楼
联系电话	13352906691 13352906691

产品详情

一、光照老化试验机，光照老化试验仪概述：

u 具有工作状态记忆、温度自动控制及辐照时间计时功能，当辐照时间到时能自动停机和报警。辐照过程中若外界停电，当恢复供电时，自动启动并继续辐照试验，计时器进行累加计时。

u 满足标准：是GB16776-2005《建筑用硅酮结构密封胶》（附录A相容性试验）、GB/T23261-2009《石材用建筑密封胶》对密封胶相容性试验箱（UVA-340）的要求。

二、光照老化试验机，光照老化试验仪主要技术指标：

紫外线荧光灯功率：40W × 4支

紫外线荧光灯管：进口UVA-340

温度范围：常温RT ~ +70

温度均匀度：±2

辐照时间设定值：0 ~ 999小时59分钟

加热器功率：350W

内箱材质：SUS304#不锈钢板

外箱材质：SUS304#不锈钢板

内箱尺寸：W550 × H350 × D300mm (可按要求定做)

外箱尺寸：W680 × H550 × D500mm

控制器：台湾进口LED双数字显示（或）韩国进口触控式控制器（可选择）

总功率：0.5 kW

大电流：2.5 A

电源：AC1 3W 220V 50HZ ± 10%

三、光照老化试验机，光照老化试验仪产品标准：

GB/T11944 - 2002,GB/T7020-2002中空玻璃技术要求

GB16776-2005建筑用硅酮结构密封胶

GB/T14683-2003硅酮建筑密封胶

GB/T13477-2002建筑密封材料试验方法

JC/T485-1992建筑窗用弹性密封剂

JC/T 486-1992中空玻璃用弹性密封剂

JC/T882-2001幕墙玻璃接缝用密封胶

JC/T883-2001石材用建筑密封胶

JC/T884-2001彩色涂层钢板用建筑密封胶