

无锡冠亚防爆反应釜温控系统 SUNDI -2A38WV

产品名称	无锡冠亚防爆反应釜温控系统 SUNDI -2A38WV
公司名称	无锡冠亚恒温制冷技术有限公司
价格	.00/个
规格参数	厂家:无锡冠亚 型号:SUNDI -2A38W 温度范围:-25 ~ +300
公司地址	无锡市新区鸿运路203号
联系电话	13912479193

产品详情

无锡冠亚防爆反应釜温控系统整个系统的液体循环是密闭的，系统带有膨胀容器，膨胀容器和液体循环系统是绝热的，不参与液体循环，只是机械的连接，不管循环液体的温度，膨胀容器中的介质始终保持室温。

1.防爆反应釜温控系统先要将设备的电源都接通。在安装设备的之前要了解一体机的电路要求，如果条件允许尽量将防爆反应釜温控系统和其它设备并联在电路上，并且建议能够单独的设置防爆反应釜温控系统的开关。因为这样可以确保在其它设备的电路或设备本身发生故障而不影响到防爆反应釜温控系统的正常使用。

2.安装完成后把电源插头插上，并打开总电源的开关和排水阀。总电源的开关不言而喻基本上没有人会忽略这个开关，但是排水阀的开关会有很多人在一个不留意之间忽略掉。排水阀开关没开的后果就是一体机在运转中没有办法进行水循环，大量的水会集聚在一体机内部妨碍其正常运行，甚至造成漏电。

3.在确保好防爆反应釜温控系统总电源和排水阀的开关都是开的状态之后，将试验要求的

数据调试好，这时要注意输入的数据不可以超过机器本身限定的标准。

4.数据调试好了以后就做好观察准备，在必要时进行记录，按规定的时间自然停机后，应及时关闭电源，防止防爆反应釜温控系统在无人看管的情况下发生漏电，引发事故。