福意联医用恒温箱操作使用

产品名称	福意联医用恒温箱操作使用
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	67566.00/台
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:0-100℃ 容积:150-430-1028升
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

产品详情

福意联医用恒温箱操作使用相关-伤口感染是手术和的严重并发症，它会延长住院时间并增加住院费用。低体温通过两种方式促使切口感染：优良，低体温引发体温调节性血管收缩，显著降低皮下氧张力，组织缺氧间接抑制中性粒细胞功能，从而增加切口感染机率；第二，低体温直接抑制免疫功能，包括T-细胞介导的抗体的产生以及中性粒细胞非特异性氧化杀伤细菌的能力。细菌感染后的2~3小时是优良重要的阶段，这时给予并维持组织灌注均有助于限制感染。低体温还加重术后蛋白消耗，使愈合受到抑制。核心体温正常范围是36.5～37.5℃，通常高于36℃。围术期低体温会明显增加并发症，包括心脏事件、凝血障碍、伤口感染和术后恢复延迟等。因此有必要在治疗性低体温以外，维持手术病人的核心体温高于36℃。

福意联医用恒温箱操作使用用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

福意联医用恒温箱操作使用产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

福意联医用恒温箱操作使用公司说明-

多年来福意联借着信誉与真诚，产品与追求获赢得了众多高校与事业单位的信任与好评。福意联相信客户的信任与好评是金南发展壮大，越走越好的根源动力。福意联坚守“ 以德敬人、以诚立人 ”的企业，积极、引进新产品，结交新客户，力求与时俱进，互惠互利，携手并进！

福意联医用恒温箱操作使用