

# 北京SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间

产品名称	北京SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

北京SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间 北京SHINVA新华

ZR813R19撑开器维修需要多长时间 广州云启设备有限公司本着、服务周到的原则，以优质服务争得荣誉，以诚信待人获取信誉为宗旨，竭诚为新老客户服务。目前，公司正在不断地发展壮大中，公司全体员工愿同您携手共进，努力拼搏，为祖国事业的发展，为全民生活水平和生活质量的提高，作出更大的贡献。

手术器械常见故障：持针器：拉杆断、钳口夹片磨损、拉杆过长、钳头断、连接销断、锁紧装置打滑等  
活检钳：钳口崩缺、钳头断、连接板断、连接脱焊、拉杆断、钢丝断或弹力不够、弹簧管与手柄连接脱开、钳头弹不开、弹簧管内堵塞等。输尿管镜镜桥：水阀断、连接处坏 导光束：

光纤断、亮度不够、卡口卡不紧 强生超声刀：

钳头掉\断、铆钉脱落、绝缘片脱落、绝缘片烧焦、按键失效、刀头外壳断裂 Olympus超声刀：

绝缘片脱落、绝缘皮老化、更换钳芯 强生换能器手柄：

无次数剩余、无法识别手柄、提示更换器械、螺杆断、手柄线缆断、电缆线外皮破损等

腹腔镜器械清洗时注意事项 清洗时要防止腹腔镜器械各附件的缺失，由于腹腔镜器械紧密复杂，很多器械都配有小的附件，因此在拆卸清洗时，刷洗槽内铺有过滤网，以防冲入下水道丢失。另外冷光源和摄像镜头连接在清洗及消毒过程中，不可打折，盘旋的角度应成钝角，以免损伤光导纤维。 SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间北京 北京SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间

维修案例：设备名称：Harmonic超声换能器 检测故障：无法传输超声能量，主机无反应线缆故障。

维修方案：维修线缆，重刷次数 维修周期：3个工作日 保修周期：6个月

广州云启设备有限公司是一家的第三方医用设备维修服务商，汇集工程师，整合优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展。 维修案例：

客户名称：泰兴市某 设备名称：STORZ27005SL镜鞘 故障描述：陶瓷头缺角。

检测结果：陶瓷头损坏，需更坏，内鞘有裂痕。 解决方案：更换陶瓷头，焊接内鞘。 维修案例一：  
设备名称：Harmonic换能器 检测故障：线缆坏、次数用完线缆坏、次数用完  
维修方案：维修线缆，重刷次数 维修周期：5个工作日 保修周期：6个月

维修案例二：强生 HP054银灰手柄 故障检测：使用剩余次数为21次，线缆检测正常 维修方案：建议95次  
维修周期：2个工作日 保修周期：保修仅保修次数

北京SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间 北京SHINVA新华  
ZR813R19撑开器维修需要多长时间

[天津Shinva新华 ZK615R14Cr咬骨钳维修找云启](#)