

河北Shinva新华医疗 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询

产品名称	河北Shinva新华医疗 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

河北Shinva新华 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询 河北Shinva新华 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询
广州云启设备有限公司，手术器械维修第三方服务商，致力于中小型器械维修。手术器械维修包括：强生超声刀头，各类手术抓钳、夹持钳、钛夹钳、分离钳、蓝钳类，电切操作手件、镜（管）鞘、输尿管肾钳、电凝钩、碎石针、气腹针、咬骨钳、分离钳、分离剪、活检钳、操作手件、活检软钳、钛夹钳、持针器等。

手术器械常见故障：肾钳：拉杆断、外管弯/断、钳头断、铆钉缺失、牵引弹簧坏
异物钳：外管弯、外管折、脱焊、钳头断、牵引弹簧坏 电凝钳：钳芯断、线缆不通电、绝缘皮烧坏
内鞘：密封环坏、陶瓷头坏、锁定装置坏、外管变形 外鞘：水阀漏水、摔断；锁不紧、外管变形
气腹针：缺水阀、漏水、弹簧坏、外管变形 穿刺器：漏水、开关缺失、水阀坏
脊椎钳、髓核钳、兰钳：拉杆断、钳口崩缺、钳头断、钳头松动

玻璃类器材处理 回收后的玻璃容器，浸泡于500mg/L含氯消毒液中10min、常水冲洗，浸泡于去热原药液中、常水冲洗，再浸泡于加酶洗涤液中、应用专用毛刷刷洗，温常水（40 ~50 ）下反复冲洗、新鲜流动蒸馏水冲洗2~3遍。烘干后组装，经两人检查质量、核对无误后包装

维修案例：Olympus T3905超声刀刀芯损坏，拉杆断，垫片坏 设备名称：Olympus T3905超声刀
检测结果：1、刀芯损坏，无法修复。2、拉杆断3、垫片坏
维修方案：1、交换3905刀芯2、更换拉杆3、更换垫片 维修周期：5个工作日 保修周期：非人为保3个月

河北Shinva新华 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询 河北Shinva新华 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询 广州云启设备有限公司是一家第三方医用设备维修服务商，汇集工程师，整合优质的维修配件资源。具备一定的“质量，价格，速度”等优势，愿与广大，第三方维修公司及个人开展广泛健康合作，互利共赢，共同发展！秉承“，优质服务，诚信共赢”的经营理念努力向前，稳步发展。

强生Harmonic超声刀手柄维修业务介绍：

维修范围包括：维修更换轴承，维修更换电机，维修手柄电缆，维修主机主板，使用次数刷新。强生超

声刀头一些常见故障：无咬合力、钳头掉、断、铆钉脱落、绝缘处脱落、烧焦、按键失效、刀头断裂等。
故障处理：更换塑料连接孔、更换刀芯、装铆钉、更换绝缘片、更换按键、更换外壳。收藏注意：手柄连线保护非常重要，因为电能与超声震荡的转换是通过手柄来进行传导的。收藏时应保持线圈直径达15~20cm，防止导线折断。维修案例一：Harmonic 强生 超生刀
刀头垫片坏，刀芯不识别，无法通过检测 设备名称：强生 超生刀
检测结果：刀头垫片坏，刀芯不识别，无法通过检测 维修方案：更换刀头垫片，更换刀芯
维修周期：3个工作日 超声刀不保修

维修案例二：强生HARMONIC 超声刀 检测故障：绝缘片坏 维修方案：更换绝缘片
维修周期：3-5个工作日 保修周期：耗材不保修

河北Shinva新华 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询 河北Shinva新华 ZO720RN15Cr手术钳维修咨询

[北京SHINVA新华 ZR813R19撑开器维修需要多长时间](#)