

北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修需要多长时间

产品名称	北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修需要多长时间
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linbatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

产品详情

北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修需要多长时间 北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修

广州云启设备有限公司从事各种设备的维修,摄像主机维修、摄像头维修、冷光源维修、气腹机维修、射频仪维修、高频电刀维修、超声刀主机维修、内镜系统维修等,同时我们兼职器械进口耗材的销售等。我们欢迎海内外各界同仁来公司做客、携手合作、共谋发展、共创未来
我们的宗旨:一次合作,终生朋友;诚信为本,服务为先;用户,致胜。

22220055-3H3-Z摄像头,三晶片,像素1920x1080,逐行扫描,50/60Hz,光学变焦f=15-31mm 20133101-1氙灯冷光源XENON300,带有集成SCB模式的电源:100-240VAC,50/60Hz,包括:400A电源线610AFT管套装,长2.5m20090170SCB连线,长100cm 26331009-1多功能膨宫泵,供电要求:100-240VAC,50/60Hz,包括:26331020-1HAMOUEndomat主机,带SCB集总监控功能;400A电源线;20090170SCB连接线;3套一次性消毒冲洗管用于手术,3套一次性消毒冲洗管用于腹腔镜手术。

北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修需要多长时间 北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修
维修案例一:奥林巴斯OTV-S7摄像头 检测故障:图像干扰,多处老化 线缆老化 维修方案:更换线缆
维修周期:二个工作日 保修周期:非人为保六个月

维修案例二:Smith & Nephew施乐辉560H摄像头 图像有黑点 设备名称:Smith & Nephew施乐辉摄像头560H 检测故障:图像有黑点 检测结果:上机图像可以显示,无干扰现象,连接镜子光源,图像清晰度不够,图像区域有数10个斑点。摄像头内部有水汽,腐蚀盖玻璃,CCD 腐蚀老化
维修方案:更换CCD组件 维修周期:7个工作日,非人为保修6个月

北京Viking威京8050-2冷光源开不了机维修需要多长时间Viking威京8050-2冷光源开不了机维修