

# 医用微波消融针刚性韧性测试仪GR0899-C

产品名称	医用微波消融针刚性韧性测试仪GR0899-C
公司名称	威夏电子科技（杭州）有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:威夏 型号:GR0899-C 产地:浙江杭州
公司地址	浙江省杭州市萧山区经济技术开发区红垦农场红 灿路189号15幢401室（注册地址）
联系电话	18042021256

## 产品详情

GR0899-C 医用微波消融针刚性韧性测试仪

技术参数：

操作界面：简体中文/英文

测试标准：YY 0899-2020 医用微波设备附件的通用要求

针头直径：0.1 ~ 6.0mm（所有规格都可测试）；

测量范围：0.001 ~ 10.0000N；

精 度：±0.0001N；

扰度范围：0 ~ 50mm；

精 度：±0.01mm；

测试速度：10 ± 0.1mm/min；（无极调速可任意设定）

打印方式：每次可打印100次测试数据及平均值。

产品净重：12kg

外观尺寸：430×290×250（mm）

电 源：AC90V-240V/50Hz（自适应宽电压）

整机功率：70W

可编程控制器：PLC/ARM

触摸屏：7英寸K600+内核/点阵式65色800\*480分辨率

传感器：高精度力值传感器

测力机构：内置

打印机：机载针式打印机

设备应用：

主要用于测定医用微波消融针刚性和韧性性能的物理特性，是鉴定医用微波消融针的重要手段之一

威夏电子科技（杭州）有限公司主要经营鲁尔圆锥接头多功能测试仪、注射针刺穿力测试仪、注射器滑动性能测试仪、刀片锋利度测试仪

威夏电子科技（杭州）有限公司是一家集科研、生产、经营于一体的高新技术企业，公司产品广泛应用于医用产品的各类物理性能的测试、检验、分析和研究。本公司拥有先进的生产设备，凭借过硬的质量，完善的服务在业内享有较高的地位和良好的口碑。公司产品有：医用注射针测试仪、注射器测试仪、输液针测试仪、输液器测试仪、缝合针测试仪、缝合线测试仪、手术刀片测试仪、留置针测试仪、采血针测试仪、针灸针测试仪、节育器测试仪、牙科测试仪等，产品广泛应用于医用产品制造、医院、医药管理、科研院所等单位的医用产品的各类物理性能的测试、检验、分析和研究。本公司拥有多年的产品制造经验和成熟的技术，可为用户提供非标规格产品的设计，能满足用户的特殊要求。我司以求创新的精神与大专院校及科研质检单位积极联系，升级改造各种测试仪器。