

晋城实验室污水处理设备

产品名称	晋城实验室污水处理设备
公司名称	潍坊浩宇环保设备有限公司
价格	26000.00/套
规格参数	副词:实验室废液处理装置 适用于:医院实验室、疾控中心、PCR实验室、海关实验室、学校实验室 适用于:综合实验室、酸碱实验室、检验检疫实验室、检测实验室、畜牧实验室
公司地址	山东省潍坊市临朐县山旺镇中小企业创业园内
联系电话	15165668721 15165668721

产品详情

晋城实验室污水处理设备不能一直使用不去对其，否则长时间的运行，会加速其损坏程度，所以在使用实验室污水处理设备时，一定要仔细阅读说明，并定期对设备进行。那么实验室污水处理设备要如何呢？

1、在启动实验室污水处理设备时，应该检查好电路，接线控制柜线路是否正确，电压及电流是否符合要求。启动水泵时要检查水泵管路是否有渗漏，堵塞的情况。如果发现问题要及时进行处理，以免影响我们的正常使用。原水经脉冲进水设备进入反应器，好氧预挂膜时空气经转子流量计计量后送入反应器底部的微孔曝气增氧管，进而以气泡形式分布于水中并发生氧转移，试验所用填料参数如表1所示。填料进行挂膜试验时，四组反应器中两组反应器采用好氧预挂膜-

厌氧挂膜的，另外两组反应器直接采用厌氧挂膜。2、由晋城实验室污水处理设备厂家得知，本设备水泵采用抗堵塞潜污泵，水泵的控制由污水池中的液位浮球来完成，当液位由低到高到达工作水位时就能启动工作泵，如液位继续上升到警戒水位时，可以关掉工作泵。两台水泵之间的切换时间由时间继电器来控制，初始设定为每四个小时切换一次。3、在启动实验室污水处理设备的风机时应该检查它的方向是否正确，切忌反转。晋城实验室污水处理设备各个单元配套的设备包括循环泵、输送泵和泡沫控制等；不同处理单元的反应温度不同，ATAD好氧消化单元的反应温度范围为50~70℃，而SADR同步硝化反硝化单元的温度范围仅为37℃左右，由于两个单元的温度差异，使得可以回收大量绿色环保的热能作为后续脱水泥饼干化的预处理。废水的COD再次去除50%，色度去除90%。原水经沉降预处理和铁屑微电解两段处理，COD去除率达85%，色度的去除率达95%，具有的效果。5、化学混凝工艺通过对常用絮凝剂FeSO₄·7H₂O、FeCl₃·6H₂O、PAC、PFC、PAFC及助凝剂阳离子聚丙烯酰胺、聚丙烯酰胺、壳聚糖、和pH值调节的筛选及投加量的选择。