步入式高低温交变（湿热）试验箱

产品名称	步入式高低温交变（湿热）试验箱
公司名称	武汉安德信检测设备有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:武汉安德信 型号:ADX-BHW-2 工作室尺寸:2*2*1.5m
公司地址	湖北省武汉市经济技术开发区东风大道枫树产业园
联系电话	027-84958588 15827257292

产品详情

一、箱体结构 1.试验室为方便试品进出工作室，采用落地式箱体结构：制冷机组柜位于工作室后部，由于该试验室外形较宽，可将操作部份放于试验室前面靠门部位，操作面板位于试验室正面。箱体外壳采用库板，内壁采用SUS304#不锈钢。保温材料为硬质阻燃聚氨脂发泡.
2.制冷机组柜：放于工作室后部，制冷压缩机组集中安装在其内的机组架上，专门设置维护检修便门。
3.箱体大门：采用双开门结构，试验室的大门密封采用硅橡胶条，耐高低温，抗老化，密封性能良好。 4.箱体观察窗：为便于观察箱内试品的情况，观察窗材料均为多层钢化玻璃构成的中空电阻膜加热防霜玻璃。 5.照明装置：试验室内设置有两盏40W／220V防潮、防爆照明灯，可手动直接开关控制，避开箱体中部样品区。 二、执行标准： 1. GB2423.1-2008/IEC6008-2-1-2007 低温试验方法 2. GB2423.1-2008 高温试验方法 3. GJB150.3A-2009 高温试验方法 4. GJB150.4A-2009 低温试验方法 5. GB2423.22-2008 温度变化速率试验方法 6. GB2424.5-2006 温度试验箱性能确认 7. GB/T10586-2008 低温试验箱技术条件 8. GB/T2423.3-2008(IEC68-2-3)恒定湿热试验方法 9. GJB150.9A-2009 湿热试验方法 10. GB/T2423.4-2008/IEC6008-2-30:2005 交变湿热方法 11. GB/T5170.18-2005 试验设备基本参数检定方法
三、技术规格： 型 号 ADX-BHW-A ADX-BHW-B ADX-BHW-C 温度范围 -20～150°C -40～150°C -70～150°C 湿度范围 20%～98%RH 温湿度波动度 ±0.5°C/±2.5%RH 温湿度分布均度 ±3°C以内/±3%RH～±5%RH 升温时间 -20～100°C约需40分钟 -40～100°C约需45分钟 -70～100°C约需60分钟 降温时间 20～-20°C约需40分钟 20～-40°C约需60分钟 20～-70°C约需90分钟 内尺部寸 W×H×D（mm） 2000*2000*2000； 4000*2000*2000 ； 6000*2200*2000; 8000*2200*3000(可根据客户要求尺寸定制) 外部尺寸 2700*2500*2200 ； 4700*2500*4200 ； 6700*2700*2200 ；9200*2700*3200(可根据客户要求尺寸定制) 内部材质 内壁采用SUS304#不锈钢 外部材质 外壳采用库板 保温材料 硬质阻燃聚氨脂发泡 冷冻系统 采用原装进口法国泰康压缩机或德国比泽尔压缩机。该型号压缩机应能实现制冷量大、噪音小、能耗低、效率高。并且应能保证能够长期、稳定、可靠地运行。制冷剂：R404A与R23符合国际环保公约要求 控制系统
7寸高清彩色触摸屏，中文/英文可任意选择切换，实时显示温湿度PV/SP曲线；并且可以查询历史曲线 保护装置 无熔丝开关、压缩机过载保护开关、冷媒高低压保护开关、超湿度超温保护开关、保险丝、故障警告系统 标准配件 记录器(选购)、观视窗、50mm测试孔、PL箱内灯、隔板、干湿球纱布 电源 AC 380V±10% 50Hz 3相5线（3根火线，1根零线，1根保护地线）