

# 广州KN95口罩检测 GB19083-2010标准检验

产品名称	广州KN95口罩检测 GB19083-2010标准检验
公司名称	广州国检中心（运输鉴定、危险特性分类鉴定） 部门
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	广州市番禺区南村镇新基村新基大道东1号(2号 厂房)1楼自编102房（注册地址）
联系电话	13609641229 13609641229

## 产品详情

KN95口罩检测 GB19083-2010标准检验GB19083-2010口罩标准是什么？GB19083-2010《医用防护口罩技术要求》才是医疗行业防护口罩技术标准的真正来源，通读整个国标原文，它和GB 2626有很多类似的技术参数，比如，它也分了3个过滤效率等级，也检测非油性颗粒物过滤性（对比KN型口罩）。GB19083-2010口罩标准但它直接舍弃了油性颗粒物的参数要求（即和KP型口罩完全不同），而1级为 95%，2级为 99.97%，相当于直接对标KN95和KN100，没有KN90这个较低的级别。也就是说，符合GB 19083过滤性能的低标准，就相当于GB 2626的KN95标准。

但请注意，我国GB19083里没有“N95”的说法，而是采用“1级”“2级”和“3级”的说法来表示过滤效率等级，一般1级就可以达到“N95/KN95”的要求。也就是说，只要符合GB 19083标准的任何“医用防护口罩”，就已经达到了N95级和KN95级的过滤效率。