

# 甘肃Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长

产品名称	甘肃Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长
公司名称	广州云启医疗设备有限公司
价格	.00/个
规格参数	维修品牌1:Linvatec林弗泰克 维修品牌2:史赛克,史托斯 维修品牌3:蛇牌,狼牌等
公司地址	广州市天河区珠村东环路126号311
联系电话	18749157365

## 产品详情

甘肃Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长

广州云启设备有限公司是国内的动力系统，手术器械，电子设备，内窥镜，超声及等设备维修服务商，本公司携程为您服务，一维修技术为核心、为提供服务为导向，同时本公司在多年产品维修的过程中沉淀积累大量的丰富经验，已为成千上万的用户带来快捷方便的维修技术服务，有口皆碑！是国内设备维修服务商。

控制台：图形显示 LCD触摸式屏幕控制 手机识别功能、运转控制 可同时接三个手机，两个脚踏可以同时两个手机同时工作 可接Sher/HUMMER4/BonePlug 手机切换功能 10级刹车及加速功能 配备冲洗泵 可升级 甘肃Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长 Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长甘肃

BJZ-II医用电动锯钻操作指南 1、 电池充电 a、 将充电器接上电源，电源指示灯（红灯）闪一下。 b、 将电池小头朝下，电池板上的插针座对准充电器上的插座上，此时充电指示灯红灯亮，以示充电开始，约1个消失10分钟左右，绿灯亮以示充电完毕。刚充满电的电池不能即刻使用需待电池两头后方可使用，此电池无记忆，充电时无须放电。 2、 手术中电池的装卸：向箭头方向推动手把开关，打开手柄盖，放上隔离通道，用消过毒的纱布握住电池，将电池小头朝下，凹槽对准手柄的凸槽插入，取下隔离通道盖上手柄盖即可。待手术完毕打开手柄握住手柄，向下波动电池快卸手柄至电池落在垫软性物体的台面上。 3、 正反转：将主机后端旋转套顺时针转至R，为正转，将主机后端旋转逆时针转至L,即为反转。 4、 摆锯的装卸：取下摆锯保护套，手握主机锁紧套超厚推到底，插入摆锯组件转、拔均不动则表示安装完毕，反之则必须重新安装到位。 按动开关按钮，摆锯开始工作，按动开关可以五级调速，按得越深锯频越高，反之锯频越低。摆锯高频率，小摆幅的设计使手术时切骨迅速，而对软组织倍加保护，但对切割物必须固定，否则影响切割。 5、 锯片的装卸：左手握住主机，右手捏紧螺旋套，逆时针旋转至锁紧盖后打开后将锯片插入（锯片凹槽对准压杆轴），准确插入后顺时针旋紧螺旋套即成功安装。 6、 骨钻的装卸：同上安装摆锯方法，加紧钻头，按动开关即可进行工作。

维修案例：Aesculap GR756R 弯接头锁紧装置散架，轴承组件坏，卡不住刀 设备名称：Aesculap GR756R 弯接头 检测结果：锁紧装置散架，轴承组件坏，卡不住刀

维修方案：拆开维修，清理内部传动机构，更换轴承组件 维修周期：5个工作日  
保修周期：非人为保3个月 甘肃Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长 甘肃Stryker史赛克 6400-34  
手柄维修时长

广州云启设备有限公司是一家集设备，器械维修，升级，保养为一体的第三方服务公司。本公司可维修品牌包括：STORZ史托斯、STRYKER史赛克、OLYMPUS奥林巴斯、PANASONIC松下、AESCULAP蛇牌、WOLF狼牌、RUDOLF诺道夫、PENTAX宾得/潘太克斯、FUJINON富士能、Ackermann爱克曼、强生ETHICON、爱尔博ERBE、施乐辉SMITH&NEPHEW、CONMED康美、VIKING维京、顺康ACMI、佳乐等众多品牌设备。公司自成立以来已协助众多有需要的客户，为顾客提供了更和更优质的技术服务。本公司还将继续努力，不断完善发展化的设备维修道路，竭诚为广大有需要的客户服务！

该款动力系统是微创手术器材，术后都需要消毒。合理的清洗与清毒是手柄使用有效期延长的保证。首先手术后，刀头与手柄要立刻清洗，清洗手柄时，必须头朝下；禁止浸泡式清洗。其次刀头与手柄要进行消毒，最好能做到术后一天内必须消毒完成。其中手柄禁止浸泡式消毒，必须干燥10分钟。手柄的消毒，干燥5分钟是不够的。手柄里有空腔，金属外壳比较厚。

最后消毒方式或以使用可以使用气体熏，或高温高压消毒、低温等离子消毒。维修案例一：Aesculap GB758R 接头连接齿轮环，无法转动 设备名称：Aesculap GB758R 接头 检测故障：连接齿轮环，无法转动  
维修方案：齿轮无法修复，只能更换原装齿轮 维修周期：7个工作日， 保修周期：非人为保修3个月

维修案例二：Aesculap GB742R 接头旋转轮坏 设备名称：Aesculap GB742R 接头  
检测结果：旋转轮坏，有半节接头卡死正套管内 维修方案：拆出半节接头，维修旋转轮  
维修周期：7个工作日 保修周期：非人为保3个月"

ZDJ-5主要适用于高等院校、科研机构、石油化工、制药、药检、冶金等。可做水溶液酸碱滴定、酸非水滴定、沉淀滴定、氧化还原滴定、油品里面酸值滴定、碱值滴定、汽油里的硫醇硫含量滴定。上海雷磁ZDJ-5自动电位滴定仪检修要点如下：开机不亮检查滴定装置与控制单元连接线是否插好或内部连接点有脱线，检查滴定连接线给控制单元的工作电压（5V）或P6高压装置4V（交流）坏。有背光无显示P4插座接触不良，花屏，液晶坏。甘肃Stryker史赛克 6400-34 手柄维修时长

[浙江Stryker史赛克 4115 电池维修找哪里](#)