

胃镜气密性测试案例-连拓精密科技

产品名称	胃镜气密性测试案例-连拓精密科技
公司名称	厦门连拓精密科技有限公司
价格	1000.00/台
规格参数	品牌:连拓精密 型号:- 产地:福建厦门
公司地址	厦门市集美区后溪镇珩山二里6号1609室之五（注册地址）
联系电话	15260241055

产品详情

胃镜气密性测试仪使用难点：因为胶囊胃镜体积很小，且整体密封无充气口，所以连拓精密科技工程师根据其外形定制了专业密封检测模具（如上图所示），通过模具对其进行微量容积气密性测试，根据客户要求其测试压力设为100kpa，良品不良品差异为4Kpa，具体操作步骤如下：

- 1、为胶囊胃镜定制专用气密性检测模具工装；
- 2、将模具工装与连拓精密科技LTQ系列气密性测试仪相连接，接通电源气源；
- 3、根据产品和客户检测需求，在连拓精密科技LTQ系列气密性测试仪上设置好检测压力、充气时间、稳压时间、检测时间、泄漏速率等相关检测参数；
- 4、将胶囊胃镜放置于工装模具内，启动胃镜气密性测试仪，检测仪控制工装上模下压，将胶囊胃镜密封于模具内，然后对模具内胶囊胃镜进行加压、稳压、测试等操作；
- 5、测试结束后，胃镜气密性测试仪会根据检测到数据计算出所测产品泄漏率，并与设置的标准泄漏率进行对比，自动判断出所测产品是否合格，仪器界面会显示产品是合格还是NG。

如想了解更多请联系连拓精密科技在线客服：[连拓精密科技](#)

文章编辑：厦门连拓精密科技 有限公司