

## 科37度液体恒温箱FYL-YS-151L ( 0-100 )

产品名称	科37度液体恒温箱FYL-YS-151L ( 0-100 )
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	72991.00/件
规格参数	介绍:福意联医用恒温箱 温度:0-100 容积:150-430-1028升
公司地址	北京
联系电话	010-63383689 13601307736

### 产品详情

科37度液体恒温箱FYL-YS-151L ( 0-100 ) 相关-人体核心温度的正常范围在36.5 ~ 37.5 之间。临床上通常将核心温度在34.0 ~ 36.5 之间定义为低体温，有研究表明，正常健康人体温低于35.5 时，去甲肾上腺素浓度可增至700%，血压明显升高，药物代谢减慢，凝血功能障碍，免疫功能受限制等。本研究结果显示，实验组患者手术前后体温变化不大，而对照组体温下降明显，术后体温<36 。

科37度液体恒温箱FYL-YS-151L ( 0-100 ) 用于：生理盐水加温、透析液加温、冲洗液加温、输液瓶加温、甘露醇结晶溶解及恒温保存等，温度调节范围可根据具体情况任意调节、加温，液体受热均匀，操作简便，帮助病人在手术过程中保持适当温度，提高手术护理质量。

科37度液体恒温箱FYL-YS-151L ( 0-100 ) 产品参数：

1、先确认恒温箱工作状态正常，机器使用及外部供电正常稳定。2、根据箱体大小放入相应的液体药品的数量，摆放不应太过密集，确保恒温箱箱体内空气正常流通。特别说明：放入之前应确保液体药品包装完好不破损。3、放入药品后设置温恒温箱的温度为37度，并按锁制键，以免误操作引起温度过高或过低，造成不必要的危害。4、根据液体药品的使用量和液体药品的低温程度来合理安排放入数量和时间。建议：提前放入，随用随取，随取随加。

科37度液体恒温箱FYL-YS-151L ( 0-100 ) 公司说明-

北京福意电器有限公司重视科学管理，引入现代企业管理理念，迈着稳健的步伐在现代化企业的经营轨道上前进。精益求精的产量与尽善尽售后为我们赢得了每一位客户的赞誉。我们坚持贯彻体系，严格把关产量，确保代理商和用户后顾之忧。公司业经营医疗恒温箱、干燥柜、医用冰箱、手术室保温柜保冷柜、实验室冰箱、-20 冰箱、车载冷藏箱等系列产品.

0-100