

东维修狼牌软镜 广州启泽医疗维修 维修狼牌软镜要多久

产品名称	东维修狼牌软镜 广州启泽医疗维修 维修狼牌软镜要多久
公司名称	广州启泽医疗科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市天河区珠村东环路128号310
联系电话	15018771601 15018771601

产品详情

广州启泽科技有限公司是一家提供软镜维修第三方设备维修服务商，维修项目有：胃镜维修、肠镜维修、十二指肠镜维修、支气管镜维修、电子输尿管软镜维修、膀胱镜维修、鼻咽喉镜维修、镜维修、内窥镜维修、电子镜维修、纤维镜维修、胆道镜维修等。维修品牌有OLYMPUS（奥林巴斯），FUJINON（富士），维修狼牌软镜要多久，PENTAX（宾得/斯潘道斯）WOLF（狼牌），STORZ(史托斯)等品牌软镜提供维修服务。

启泽-软性内窥镜常见故障维修狼牌软镜

常见故障

由于使用活检钳等附件不当造成钳道破损，导致钳子管漏水。

因弯曲管不良造成或使用年限较长，造成导管束断。

因使用年限长，磨损造成钢丝前端断。

钢丝后端脱焊和使用一定时间后钢丝变长，造成弯曲角度不到位。

由于清洗不干净，导致喷嘴堵塞。

启泽--软镜维修维修狼牌软镜

维修案例

设备名称：OLYMPUS JF-240 十二指肠镜

检测结果： 有图像； 光束断丝20%； 插入管尚可； 钳子管磨损；

钢丝，维修狼牌软镜公司电话，螺旋管磨损；

抬钳钢丝磨损严重，不灵活； 橡皮老化，偏大。

解决方案：更换抬钳钢丝。

维修OLYMPUS十二指肠镜-OLYMPUS 软镜维修维修狼牌软镜

内窥镜清洗的必要性：

1.预防感染 重要的步骤是物理清洗，清除存留在内镜中的颗粒或含蛋白质为潜在的致病原，使消毒剂充分充盈和渗入内部各通道.

2.内镜使用后必须立即清洗，不然，分泌物干燥后难以清洗。(注:乙醇不得用于物理清洗，东维修狼牌软镜，因其可使蛋白质变性、凝固并固定，导致内镜孔腔变形或阻塞)

清洗消毒方法：浸泡法（常用方法）：初清洗——酶洗——清洗——消毒——末清洗。

广州启泽科技有限公司是一家提供软性内窥镜第三方维修服务商，提供维修/肠镜/胃镜/电子鼻咽喉镜/电子输尿管镜/纤维支气管镜/十二指肠镜/胆道镜等各品牌、型号、种类软镜维修服务。

启泽-PENTAX/宾得软管镜维修

设备名称：PENTAX/宾得 EC-3830FK 肠镜

故障现象：插入管变黄，蛇骨变形，钳子管漏水，光束不够亮

检测结果：钳子管破，镜子进水，插入管老化，蛇骨变形，光束部分断丝

解决方案：更换钳子管，处理漏水问题。

启泽-宾得/潘太克斯/ PENTAX 软管镜维修维修狼牌软镜

主要维修项目及等级:

小修：1、送水送气不畅 2、调整角度 3、更换弯曲橡皮

中修: 1、更换吸引座 2、钳道管漏水 3、更换导光束 4、更换钢丝组件

大修: 1、更换插入管+钢丝组件 2、更换插入管、更换钢丝组件、更换导光束、更换钳道管、更换水气管、更换弯曲橡皮

广州启泽科技有限公司是一家提供硬性/软性内窥镜维修，维修狼牌软镜公司，软性内窥镜维修项目有：
OLYMPUS GIF-Q260胃镜维修、OLYMPUS URF-P6 输尿管软镜输尿管软镜维修、OLYMPUS CF-

Q260AI 肠镜维修、PENTAX EC-3880FK 肠镜维修、PENTAX EG-290C 胃镜维修等各软镜维修。

启泽-软性内窥镜维修-OLYMPUS 输尿管软镜维修维修狼牌软镜

设备名称：OLYMPUS URF-P6 输尿管软镜

设备故障：橡皮管褶皱松动，有咬痕。生锈

检测结果：图像模糊发黄，插入管折，角度打不了，导光管开裂

解决方案：更换像束、光束、插入管、钳子管、钢丝组件、导光管启泽-软镜维修维修狼牌软镜

OLYMPUS
种类
胆道镜
FUJINON
种类
胆道镜
PENTAX
种类
胆道镜
R.WOLF
种类
胆道镜

东维修狼牌软镜-广州启泽医疗维修-维修狼牌软镜要多久由广州启泽医疗科技有限公司提供。广州启泽

医疗科技有限公司为客户提供“维修内窥镜,维修硬镜,维修软镜”等业务,公司拥有“OLYMPUS,STORZ,STRYKER”等品牌,专注于其它等行业。 ,在广州市天河区珠村东环路128号310的名声不错。欢迎来电垂询,联系人:邱先生。