

德众兴邦 压力校验器公司 湖南压力校验器

产品名称	德众兴邦 压力校验器公司 湖南压力校验器
公司名称	北京德众兴邦科技有限责任公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京市昌平区北街家园五区2号楼10层1028
联系电话	13810695796 13810695796

产品详情

手动压力泵的安装步骤

- 1.将仪器置于平稳的水平测试台面上；
- 2.根据测试台面调整仪器下方的四个脚座至仪器整体大致水平，压力校验器厂家，使用活动扳手将支脚固定；
- 3.将手轮杆与手轮轴装配好，使用仪器包装箱内的配件袋内相应的螺钉将其固定在调压缸前端的方杆上；
- 4.拆下表座上的堵头，检查表座轴槽内是否有密封圈，检查完后将堵头装回表座上，并拧紧；
- 5.打开预压泵上端的注油孔盖，湖南压力校验器，将传压介质倒入仪器内。

手动压力泵注意事项

- 1.手动液压源应在额定范围内使用，禁止超过安全压力（即压力范围的1.2倍）。
- 2.在未安装压力指示仪器以及未打开截止阀的状态下一定不能随意加压，以免对仪器造成不必要的损坏。

3.在加压减压或者系统处在有压力的工作状态下，一定不能拆卸表座处连接的压力表或堵头，压力校验器公司，以免对操作人员造成伤害。

4.卸除高压（大于30MPa）时，注意不能直接打开截止阀卸压。必须将调压手轮逆时针旋出，压力降低后再打开截止阀，以防止压力过冲对手压泵产生损坏。

手动压力泵的故障原因和排除方法

情况（1）：手柄向上运动时，水吸不上来

解决方法：

检查吸水管是否有垃圾堵塞

检查泄压阀是否拧紧

情况（2）：手柄向下运动时无力

解决方法：

检查泄压阀是否拧紧

检查活塞轴的密封圈是否损坏

检查出水接头内的单向阀是否有异物

情况（3）：压力表上显示压力不稳定

解决方法：

管道或者出水接头处有泄漏，压力校验器多少钱，应更换密封圈

表杆连接处泄漏，更换密封圈

压力表损坏，修理压力表

德众兴邦(图)-压力校验器公司-湖南压力校验器由北京德众兴邦科技有限责任公司提供。德众兴邦(图)-压力校验器公司-湖南压力校验器是北京德众兴邦科技有限责任公司今年新升级推出的，以上图片仅供参考，请您拨打本页面或图片上的联系电话，索取联系人：王中华。