

# 室内甲醛检测试剂(每套含两次装)

产品名称	室内甲醛检测试剂(每套含两次装)
公司名称	北京炬恒创科技有限公司
价格	8.00/套
规格参数	品牌:炬恒创 执行标准:GB/T18204.26-2000 保质期:24(个月)
公司地址	北京市海淀区板井村北京市农林科学院6号楼2F
联系电话	13501022070

## 产品详情

品牌	炬恒创	执行标准	GB/T18204.26-2000
保质期	24(个月)		
产品概述			

本试剂是依据国家标准gb/t18204.26-2000《公共场所空气中甲醛测定方法酚试剂比色法》配置成为标准试剂套装，由吸收液、吸收瓶（酚试剂）、比色管（显色剂）及比色色阶卡组成。产品设计科学、合理，检测结果准确。使用简单，快速灵活，价格合理。检测范围：0 - 1.6mg/m<sup>3</sup>，可覆盖正常检测范围。

产品经国家环保总局环境科学研究所，对本产品-  
甲醛空气快速自测管进行ahmt比色法分析检验测试，完全达到gb/t16129标准准确要求。

### 2 应用范围

为家庭居室、宾馆客房、办公室、生产车间等公共场所空气中甲醛浓度现场检测使用。

### 2 使用方法

测试前，建议降待测房间门窗关闭12小时（按照gb/t18883 - 2002规定关闭12小时；按照gb/50325 - 2001规定关闭1小时）。

剪开粗管封口（无色液体），把其中的药液全部滴入开盖后的甲醛吸收瓶(固体粉末)中。旋紧吸收瓶瓶盖（注意瓶盖上有否粘附有固体粉末），上下摇动15-20次使试剂全部溶解、溶液均匀。然后开盖放置于待测房间离地面高0.8-1.5米处2小时。

剪开甲醛显色管（细管）（淡黄色液体）封口（如封口端有溶液时弹下后再剪开封口），把全部显色液滴入甲醛吸收瓶内进行搅拌后再把溶液吸入显色管中。

用手握住甲醛显色管底部加热5分钟。

把甲醛显色管与甲醛速测色阶卡进行比较，即可读出被测房间每立方米空气中甲醛的浓度值（mg/m<sup>3</sup>）。

国家室内空气质量标准规定：室内空气甲醛浓度限值为每立方米0.10毫克。（色阶卡一共有六级，分别对应甲醛浓度0.00,0.10,0.20,0.40,1.00）

2 注意事项：

- 1.请保存于避光干燥处。
- 2.打开瓶盖后及时使用，防止儿童接触。
- 3.检测时尽量减小温度、湿度的变化，保证检测条件的稳定。