

青岛中科恒维 安全帽耐极高温试验装置批发

产品名称	青岛中科恒维 安全帽耐极高温试验装置批发
公司名称	青岛中科恒维智能科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东青岛城阳前旺疃工业园60-2号
联系电话	18663971406 18663971406

产品详情

ZKHW-110安全帽电绝缘性能测试仪

安全帽耐冲击穿刺试验机

试验步骤

操作时必须戴好橡胶绝缘手套，坐椅和脚下垫好橡胶绝缘垫！只有在测试灯熄灭状态，无高压输出状态时，才能进行被试品的连接或拆卸操作。

安全帽标准规定了三种测试方法。测试设备都是一样的。具体请参考标准

方法1是佩戴头模上测试，测试头分别接触头模及安全帽。

方法2是安全帽放在水槽内，帽壳内外注满3g/L的氯化钠溶液，测试头分别接触帽壳内外的溶液。

方法3是直接测试安全帽，测试头分别接触安全帽任何两点。

其中优先采用方法2和3，如安全帽有通气孔、金属零件贯穿帽壳等情况采用方法1和3。

安全帽检测设备

ZKHW-101安全帽耐冲击穿刺测试仪

- 1、四位一体同轴定位设计理念，解决了锤头无法准确砸到安全帽中心的问题，消除了传感器非垂直受力，无法采集大力值的偏差。
- 2、底座具有抗冲击强度，能牢固安装测力传感器。
- 3、吸合释放点可通过手轮转动垂直升降丝杠调节测试高度。
- 4、当穿刺锥接触头模时，设穿刺报警装置会发出鸣笛报警同时闪灯提示。
- 5、采用自由落体形式，真实的模拟实际使用的现场，避免了带导轨或带导向落体的进行复杂的速度补偿，保证了测试的准确性。
- 6、配备 1#、2#镁铝合金试验用头模各1个及冲锤、刺锥各1个。
- 7、整机采用PLC触摸屏+试验程序控制，可通过触摸屏完成操作。显示动态采集时间。

ZKHW-110安全帽电绝缘性能测试仪

安全帽下颏带强度测试装置

手动测试：

- (1) 将定时开关置为“关”，按下启动钮，测试灯亮，将电压调节钮旋到需要的指示值。如用遥控功能，请参考遥控说明。
- (2) 测试完毕后，按动复位钮，安全帽耐极高温试验装置批发，电压输出切断，测试灯灭，电压调回零点，此时被测物为合格。如用遥控功能，请参考遥控说明。
- (3) 如果被测物品超过规定漏电流值，则仪器自动切断输出电压，同时蜂鸣器报警，超漏指示灯亮，此时被测物为不合格，按下复位键，即可清除报警声

6、定时测试：

(1) 将定时开关“关”，通过拨码盘设置测试时间。时间为15S

(2) 按下启动钮，将电压调到所需值。

(3) 打开定时开关，设定时间到测试电压被切断，被测物为合格。若电流过大，超漏灯亮，蜂鸣器报警，被测物为不合格。

青岛中科恒维(多图)-安全帽耐极高温试验装置批发由青岛中科恒维智能科技有限公司提供。青岛中科恒维智能科技有限公司拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！同时本公司还是从事消防头盔检测仪器，消防头盔检测设备，消防头盔试验机的厂家，欢迎来电咨询。