

高锰酸盐指数（CODMn）在线自动监测仪

产品名称	高锰酸盐指数（CODMn）在线自动监测仪
公司名称	青岛路博建业环保科技有限公司
价格	56321.00/件
规格参数	测量方法:高锰酸钾氧化滴定法 测量量程：:0-20mg/L；0- 废液量：:6mL/次
公司地址	山东青岛城阳区金岭工业园锦宏西路与路博大道 交汇处路博路1号
联系电话	0532-58759055 15315009483

产品详情

高锰酸盐指数（CODMn）在线自动监测仪

一、原理

样品中加入已知量的高锰酸钾和硫酸，在高温下加热一定时间，高锰酸钾将样品中的某些有机物和无机物还原性物质氧化，反应后加入过量的草酸钠还原剩余的高锰酸钾，在用高锰酸钾标准溶液回滴过量的草酸钠，通过计算得到样品

中高锰酸盐指数值

二、产品特点

- | 全新光电定量技术不受色度大、悬浮物多、气泡多等干扰的影响，可靠性及精度高，抗干扰能力强。
- | 检测精度高、测量下限低、仪器长期漂移量小。
- | 具有一键自测功能和自我诊断功能。
- | 采用单通道高集成阀组，维护和清洗简单快捷。
- | 全天候联网功能，随时随地监控仪表运行状态。

I 具备报警功能、质控功能和反控功能。

I 具备自动清洗功能和自动校准功能。

I 具备整点测量、间隔测量和外部控制测量。

I 掉电恢复后自动工作。

I 故障和缺试剂（样品）自动提示和自动复位功能。

I 具备故障记录功能。

I 可保存3年以上历史数据。

I 满足清洗液与废液分开排液

三、技术参数

测量方法：高锰酸钾氧化滴定法

测量量程：0-20mg/L；0-50mg/L；量程可定制

示值误差： $\pm 10\%$ 检出限：0.5mg/L

重复性： $\pm 5\%$ 废液量：6mL/次

记忆效应： $\pm 3\%$ 实际水样比对： $\pm 10\%$

恒温时间：360秒 电压稳定性： $\pm 5\%$

测量周期：30分钟 校准周期：任意指定时间

维护周期：720h/次 维护工作量：<2小时/月

试剂消耗：3个月/500ml 显示输出：配置有10.1寸彩色液晶触摸屏

显色温度：推荐温度为160，可根据实际水样情况设置

数据导出：测量值可以通过USB口导入U盘中保存

信号输出：RS485/RS232/USB接口/标配2路4-20mA输出/标配两路开关量输入、输出

环境要求：温度可控的室内，建议温度（5-28），湿度 90%（不结露）

电源及功率：（220V \pm 22）V/AC，（50 \pm 0.5Hz），5A，150W

仪器尺寸：上机柜600*450*300mm；上机柜700*450*300mm