

武汉柏舍仪器 河南盐雾箱售后维修

产品名称	武汉柏舍仪器 河南盐雾箱售后维修
公司名称	柏舍（武汉）仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	武汉市东西湖区梨花路399号（17）
联系电话	13971474813 13971474813

产品详情

对于目前的产品来说，在未工作状态产品本身不产生热量，因此在试件未工作状态进行的温度试验都可作为非散热试件来处理。在工作状态进行温度试验的产品目前主要有燃油泵，点火线圈，怠速调节器等。这些产品如在工作条件下进行温度试验都应作为散热试件。特别是点火线圈，工作时的发热量较大，应对其上的温度进行监测。

试验区域空气速度的影响

试验区域中空气和试验样品间的热交换效率取决于空气流动的速度。

对于非散热试件，较高的空气流动速度可以使试件各部分的温度较快速的达到周围空气的温度。一般在试验区域未摆放试件的情况下，空气流动速度应不低于2m/s。

对于散热试件，试件样品zui热点的温度高于周围环境温度时，应在无强迫空气流动（自由空气条件）的环境下进行试验，否则试件的温度将被降低，从而减小试验的严酷程度。

试验箱为什么系统制冷效果差？

蒸发器表面结霜过厚

【故障分析】长期使用的冷库蒸发器要定时化霜，如不化霜，蒸发器管路上霜层越积越厚，当把整个管路包住成透明冰层时，将严重影响传热，致使库内温度降不到要求的范围内。

【排除方法】停机化霜，打开库门让空气流通，也可用风机等加速流通，减少化霜时间。

制冷系统不畅通

【故障分析】由于制冷系统清洗不干净，盐雾箱售后维修，经若干时间使用后，污物逐渐淤积在过滤器中，部分网孔被堵塞，致使制冷剂流量减少，影响制冷效果。系统中膨胀阀、压缩机吸气口处的过滤网也有微堵的现象。

【排除方法】可将微堵部件拆下清洗、干燥后再装上。

环境及可靠性试验设备的选择应遵循以下基本原则：

环境条件的再现性在试验室内完整地再现自然界存在的环境条件是可望而不可及的事情。但是，在一定的容差范围之内，人们完全可以正确而近似地模拟工程产品在使用、贮存、运输等过程中所经受的外界环境条件，这段话用工程的语言概括，就是“试验设备所创造的围绕被试产品周边的环境条件（含平台环境）应该满足产品试验规范所规定的环境条件及其容差的要求”。如用于产品试验的温度箱不仅要满足国军标GJB150.3-86、GJB150.4-86中根据不同类型产品所规定的高温、低温的试验量值、试验时间，同时也应满足试验规范中对温度场的均匀性和温度控制精度的要求。只有这样，才能保证在环境试验中环境条件的再现性。

武汉柏舍仪器(多图)-河南盐雾箱售后维修由柏舍（武汉）仪器设备有限公司提供。行路致远，砥砺前行。柏舍（武汉）仪器设备有限公司致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，更矢志成为化工仪表具有竞争力的企业，与您一起飞跃，共同成功!